Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 529 del 10/04/2019

Proponente: UO Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi

Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D.L.gs n.50/2016 e s.m.i., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DEFLUSSORI. – Aggiudicazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 5718 del 08/04/2019 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Doriana SARNARI

il Parere del Direttore Sanitario F.F. – Dr. Silvio PASQUI

Hash .pdf (SHA256):
b0189f1f79dfda927fb934f08cc996b2e6047659e0da72657dee6e955ef107fd
Hash .p7m (SHA256):
a66d29a268c3a4565d1df4ba1b3ec8ecfd0cf2ae1011563b8815e86e65478c34
Firme digitali apposte sulla proposta:
Caterina Gaudenzi Fiorucci,Doriana Sarnari,Silvio Pasqui,Fabio Pagliaccia

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Andrea CASCIARI)*

Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D.L.gs n.50/2016 e s.m.i., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DEFLUSSORI. – **Aggiudicazione**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso:
che con Delibera del Direttore Generale n.1687 del 19.12.2017 , veniva indetta gara nella forma della procedura ristretta, suddivisa in n. 6 lotti, per la fornitura di "**deflussori"**, da destinare ai Presidi Ospedalieri di questa Azienda USL, con le seguenti modalità:

- con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c.6 del D.Lgs 50/2016
- per la durata di mesi 48 con opzione di rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi e proroga tecnica di sei mesi alla scadenza del termine contrattuale;

con importo annuale, sul quale formulare offerta al ribasso, di **€ 200.750,00** iva esclusa ed importo quadrinnale da contrattualizzare, pari ad **€ 803.000,00** iva esclusa e del valore stimato massimo, comprensivo dei sei mesi di proroga tecnica, pari ad **€ 1.104.125,00** iva esclusa;

Che il bando di gara, pubblicato ai sensi di legge (art. 72 del D.Lgs n.50/2016), prevedeva quale termine per la presentazione delle istanze di partecipazione il giorno 10.05.2018 ore 13,00;

Che con la suddetta Delibera n. 1687/2017, veniva nominata Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Caterina Gaudenzi Fiorucci, P.O. Acquisizione dispositivi Medici.

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 994 del 26.07.2018 con la quale veniva approvata la documentazione di gara costituita dalla Lettera d'invito e relativi allegati e contestualmente veniva approvato il verbale di ammissione delle Ditte prequalificatesi.

Dato atto che, tramite posta certificata del 21/08/2018, sono state invitate a presentare offerta entro le ore 13,00 del giorno 26/09/2018, le Ditte prequalificatesi e che entro tale termine sono pervenute offerte da parte delle seguenti Ditte concorrenti:

1) Abbott Srl
2) Aries Srl
3) Baxter Spa
4) Bbraun Spa
5) Becton Dickinson Italia Spa
6) Benefis Srl
7) Bertoni Nello Srl
8) Cair Italia Srl
9) Chemil Srl
10) Codan Srl
11) Codisan Spa
12) Eurospital Spa
13) Farmac Zabban Spa
14) Fase Srl
15) Fresenius Kabi Italia Srl
16) HMC Premedical Spa
17) ICU Medical Europe Srl
18) Klinicom Srl
19) Macropharm Srl
20) Multimedical Srl
21) Nacatur International Import & Export

22) Nestlè Italiana Spa
23) Nutricia Italia Spa
24) Promed MB Snc
25) Rays Spa
26) Sofar Spa
27) SP Med Srl

Che con Delibera n. 1404 del 31.10.2018, veniva nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai partecipanti alla procedura di gara in oggetto, nonchè per gli ulteriori adempimenti previsti dalla Lettera d'invito.

Che:

- In data 27.09.2018 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara, come da verbale che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale **(Allegato n.1**) formato da n. 5 pagine "Apertura plichi e verifica documentazione amministrativa per ammissione alla gara", per cui sono state ammesse al prosieguo della gara tutte le Ditte concorrenti.

- In data 11.12.2018 si è tenuta la seconda seduta pubblica di gara, come da verbale che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale **(Allegato 2**) formato da n.4 pagine "Apertura busta n.2 contenente la documentazione tecnica"**,** nel corso della quale la Commissione giudicatrice ha provveduto all'apertura delle offerte tecniche, ed ha ammesso al prosieguo della gara tutte le Ditte concorrenti.

Rilevato che la Commissione Giudicatrice in data 28.02.2019 ha terminato la valutazione delle offerte tecniche, svolta in sedute riservate.

Che pertanto in data 14.03.2019 si è tenuta la terza seduta pubblica di gara, come da verbale che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale **(Allegato 3)** cui è allegato il verbale della Commissione Giudicatrice, del 28.02.2019, per un totale di n. 22 pagine (n. 7 pagine di verbale + n. 15 pagine di verbale della Commissione Giudicatrice) nel corso della quale la Commissione Giudicatrice ha proceduto agli adempimenti previsti dalla Lettera d'invito: comunicazione del punteggio di qualità, apertura delle offerte economiche, redazione della graduatoria di merito, come di seguito riepilogato:

Lotto n.1 "Deflussori a gravità per nutrizione enterale"

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
NESTLE'	**67,85**	**€ 130.000,00**	**27,46**	**95,31**
FRESENIUS KABI	64,94	€ 119.000,00	30	94,94
NUTRICIA	70	€ 149.000,00	23,96	93,96

Lotto n.2 "Deflussori standard a gravità attacco LUER"

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
SP MED	**70**	**€ 176.000,00**	**14,05**	**84,05**
NACATUR INTERNATIONAL	52,97	€ 88.000,00	28,09	81,06
BENEFIS	50,47	€ 107.200,00	23,06	73,53
FARMAC ZABBAN	42,88	€ 82.400,00	30	72,88

Lotto n.3 “Deflussori standard a gravità attacco LUER-LOCK”

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
CODISAN	**68,76**	**€ 19.400,00**	**29,23**	**97,99**
BECTON DICKINSON	70	€ 32.000,00	17,72	87,72
MACROPHARM	69,91	€ 43.600,00	13,00	82,91
BERTONI NELLO	49,31	€ 18.900,00	30	79,31
SP MED	65,32	€ 44.000,00	12,89	78,21
NACATUR INTERNATIONAL	48,54	€ 20.000,00	28,35	76,89
KLINICOM	51,83	€ 25.000,00	22,68	74,51
CHEMIL	49,42	€ 23.960,00	23,66	73,08
FARMAC ZABBAN	45,65	€ 21.000,00	27,00	72,65
BENEFIS	48,89	€ 26.800,00	21,16	70,05
ARIES	37,56	€ 36.000,00	15,75	53,31
MULTIMEDICAL	38,54	€ 56.000,00	10,13	48,67

Lotto n.4 “Deflussori a gravità di precisione antisgocciolamento e antisvuotamento”

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
BBRAUN	**70**	**€ 140.000,00**	**16,71**	**86,71**
CONMED	39,60	€ 78.000,00	30	69,60
ARIES	44,01	€ 118.000,00	19,83	63,84

Lotto n.5 “Deflussori regolatori di flusso per somministrazione controllata di soluzioni infusionali (macro e micro)”

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
PROMED MB	**70**	**€ 144.970,00**	**17,14**	**87,14**
BENEFIS	67,68	€ 135.380,00	18,35	86,03
ARIES	68,37	€ 155.540,00	15,97	84,34
KLINICOM	46,99	€ 82.820,00	30	76,99
NACATUR INTERNATIONAL	46,03	€ 99.160,00	25,06	71,09
EUROSPITAL	48,41	€ 111.160,00	22,35	70,76
MACROPHARM	43,46	€ 103.896,00	23,91	67,37
BECTON DICKINSON	47,19	€ 139.380,00	17,83	65,02
CAIR	45,45	€ 140.996,00	17,62	63,07
SP MED	46,89	€ 157.600,00	15,77	62,66
BERTONI NELLO	38,38	€ 114.330,00	21,73	60,11

Lotto n.6 “Deflussori urologici a due vie”

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
KLINICOM	**67,84**	**€ 7.840,00**	**30**	**97,84**
MACROPHARM	63	€ 7.840,00	30	93
SP MED	70	€ 13.520,00	17,40	87,40
ARIES	63,93	€ 11.520,00	20,42	84,35

MULTIMEDICAL	61,04	€ 10.400,00	22,62	83,66
PROMED MB	63,31	€ 12.088,00	19,46	82,77
BECTON DICKINSON	54,20	€ 9.200,00	25,57	79,77
BERTONI NELLO	50,39	€ 10.552,00	22,29	72,68

Rilevato che le offerte relative ai lotti n.1 "Deflussori a gravità per nutrizione enterale", n.3 "Deflussori standard a gravità attacco LUER-LOCK" e n.6 "Deflussori urologici a due vie" sono risultate sospette di anomalia e che il RUP ha proceduto ad effettuare i controlli previsti dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, i quali si sono conclusi con esito positivo in data 27.03.2019.

Dato atto che in data 03.04.2019 si è tenuta la quarta seduta pubblica di gara, con la quale il RUP ha comunicato gli esiti del subprocedimento di verifica delle offerte anomale e provveduto a predisporre la proposta di aggiudicazione, così come da verbale che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 4**) "Verbale di verifica offerte anomale", al quale è allegato il verbale di verifica dell'anomalia delle offerte del 03.04.2019, per un totale di n. 6 pagine (n. 3 pagine di verbale + n. 3 pagine di verbale di verifica dell'anomalia delle offerte)

Dato atto che al momento dell'affidamento della procedura non sono attive convenzioni gestite da Consip, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente gara , né convenzioni a livello della centrale regionale acquisti sanità (CRAS), istituita con LR 29/04/2014, n.9 di cui alle leggi n.94/2012 e n.135/2012.

Ritenuto , per quanto sopra detto, di poter procedere all'aggiudicazione della procedura ristretta per la fornitura di "**deflussori"** alle condizioni tutte contenute nella documentazione di gara e quotazioni economiche, come da offerta che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale **(Allegato A** di n. 13 pagine**),** di seguito sinteticamente riportato:

DESCRIZIONE	**DITTA**	**IMPORTO IVA ESCLUSA**
Lotto n. 1 - Deflussori a gravità per nutrizione enterale	**Nestlè Italiana Spa** offerta del 13/09/2018	€ 130.000,00
Lotto n. 2 - Deflussori standard a gravità attacco LUER	**SP Med Srl** offerta del 11/09/2018	€ 176.000,00
Lotto n. 3 - Deflussori standard a gravità attacco LUER-LOCK	**Codisan Spa** offerta del 24/09/2018	€ 19.400,00
Lotto n. 4 - Deflussori a gravità di precisione antisgocciolamento e antisvuotamento	**Bbraun Italia Spa** offerta del 19/09/2018	€ 140.000,00
Lotto n. 5 - Deflussori regolatori di flusso per somministrazione controllata di soluzioni infusionali (macro e micro)	**Promed Mb Srl** offerta del 24/09/2018	€ 144.970,00
Lotto n. 6 - Deflussori urologici a due vie	**Klinicom Srl** offerta del 21/09/2018	€ 7.840,00

Dato atto che l'importo complessivo di **€ 618.210,00 iva compresa (22%)** derivante dalla procedura di gara in oggetto, per il periodo di 48 mesi, verrà sostenuto con i fondi di spesa corrente previsti nel C.E. 240.140.10"Dispositivi Medici" del Bilancio 2019 ed anni seguenti, nella misura corrispondente alla frazione di annualità interessata .

Evidenziato che, ai sensi dell'art.32 c.7 del Dlgs 50/2016, l'aggiudicazione diviene efficace successivamente all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall' aggiudicataria per l'ammissione alla gara, che il RUP ha provveduto ad effettuare tramite il servizio AVCPASS di ANAC.

Dato atto che l'Ufficio proponente l'atto ha provveduto, tramite il sistema SICEANT del Ministero dell'Interno, ad inoltrare alla Prefettura competente, per la sola ditta SP Med Srl aggiudicataria del lotto n. 2, la richiesta della documentazione antimafia (comunicazione), ai sensi del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., prot. 135078 del 05/04/2019, fermo restando che, ai sensi dell'art.92 commi 2 e 3 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., decorsi trenta giorni, senza esito, dalla data della consultazione, si potrà procedere alla stipula del contratto, anche nelle more dell'acquisizione della documentazione antimafia; il contratto sarà comunque sottoposto alla condizione risolutiva, qualora emergano successivamente alla stipula, informazioni antimafia interdittive da parte della Prefettura.

Dato atto che, così come previsto dall'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto, la stipula del contratto avverrà tramite scrittura privata.

Che si procederà, con apposito successivo provvedimento, all'approvazione dello schema di contratto da stipulare con la Ditta aggiudicataria, non appena saranno ultimate le suddette verifiche ed acquisita la documentazione prevista, dagli atti di gara, per la stipula del contratto medesimo.

Dato atto che, ai sensi dell'Art. 101 del D.lgs n.50/2016 direttore dell'esecuzione del contratto, è la Dr.ssa Elsa di Domenico, Coordinamento Aziendale Dispositivi Medici della S.C Servizio Farmaceutico Aziendale, che dovrà curare tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto

Dato atto che entro 5 giorni dall'adozione del presente provvedimento, l'ufficio proponente l'atto provvederà a comunicare, ai sensi dell'art.76 c.5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione alla Ditta aggiudicataria ed alle Ditte non aggiudicatarie.

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall'art.216 c.11 del Dlgs 50/2016 e s.m.i, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà corrispondere a questa Azienda sanitaria, il rimborso delle spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'estratto pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale nonchè dell'avviso di aggiudicazione, in applicazione di quanto disposto dall'art.34, comma 35 del D. L. 12 Ottobre 2012 n.179 e convertito nella legge 17 Dicembre 2012 n. 221 e delle disposizioni contenute nella Legge 89/2014 di conversione del Decreto Legge n.66/2014.

Visto il Dlgs n.50/2016 e s.m.i.

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente Delibera

1) Prendere atto delle risultanze della Procedura ristretta, suddivisa in n.6 lotti, per la "**Fornitura di deflussori",** indetta con la Delibera del Direttore Generale n. 1687 del 19.12.2017 richiamata in

premessa, ed approvare relativi verbali, che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali:

- Verbale del 04.07.2018 , relativo alla prima seduta pubblica **(Allegato n. 1)** formato da n. 5 pagine relativo alla fase "Apertura plichi e verifica documentazione amministrativa per ammissione alla gara";
- Verbale del 29.09.2018 relativo alla seconda seduta pubblica **(Allegato n. 2)** formato da n. 4 pagine relativo alla fase **"**Apertura busta n.2 contenente la documentazione tecnica";
- Verbale del 17.01.2019 relativo alla terza seduta pubblica **(Allegato n. 3)** al quale è allegato il verbale della Commissione Giudicatrice del 20/12/2018, per un totale di n. 22 pagine (n. 7 pagine di verbale + n. 15 pagine di verbale della Commissione Giudicatrice), durante la quale sono state comunicate le valutazioni della Commissione Giudicatrice e si è proceduto all'apertura delle offerte economiche, ed alla redazione dela graduatoria di merito
- Verbale del 03.04.2019 relativo alla quarta seduta pubblica **(Allegato n. 4)** al quale è allegato il verbale di verifica dell'anomalia delle offerte del 03.04.2019, per un totale di n. 6 pagine (n. 3 pagine di verbale + n. 3 pagine di verbale di verifica dell'anomalia delle offerte).

2) Aggiudicare, per le motivazioni indicate nelle premesse, la procedura ristretta per la "Fornitura di deflussori", alle condizioni tutte contenute nella documentazione di gara e quotazioni economiche, come da offerta che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale **(Allegato A** di n. 13 pagine**)**, come di seguito sinteticamente riportato:

DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO IVA ESCLUSA
Lotto n. 1 - Deflussori a gravità per nutrizione enterale	**Nestlè Italiana Spa** offerta del 13/09/2018	€ 130.000,00
Lotto n. 2 - Deflussori standard a gravità attacco LUER	**SP Med Srl** offerta del 11/09/2018	€ 176.000,00
Lotto n. 3 - Deflussori standard a gravità attacco LUER-LOCK	**Codisan Spa** offerta del 24/09/2018	€ 19.400,00
Lotto n. 4 - Deflussori a gravità di precisione antisgocciolamento e antisvuotamento	**Bbraun Italia Spa** offerta del 19/09/2018	€ 140.000,00
Lotto n. 5 - Deflussori regolatori di flusso per somministrazione controllata di soluzioni infusionali (macro e micro)	**Promed Mb Srl** offerta del 24/09/2018	€ 144.970,00
Lotto n. 6 - Deflussori urologici a due vie	**Klinicom Srl** offerta del 21/09/2018	€ 7.840,00

3) Dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, al positivo esito delle prescritte verifiche sulle dichiarazioni rese, nonché all'acquisizione della documentazione prevista dal fascicolo di gara, che l'Ufficio proponente l'atto ha provveduto ad effettuare tramite il servizio AVCPASS di ANAC.

4) Dare atto che l'Ufficio proponente l'atto ha provveduto, tramite il sistema SICEANT del Ministero dell'Interno, ad inoltrare alla Prefettura competente, per la sola ditta SP Med Srl aggiudicataria del lotto n. 2, la richiesta della documentazione antimafia (comunicazione), ai sensi del D.Lgs.159/2011

e s.m.i., prot. 135078 del 05/04/2019, fermo restando che, ai sensi dell'art.92 commi 2 e 3 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., decorsi trenta giorni dalla data della consultazione, senza esito, si potrà procedere alla stipula del contratto, anche nelle more dell'acquisizione della documentazione antimafia; il contratto sarà comunque sottoposto alla condizione risolutiva, qualora emergano successivamente alla stipula, informazioni antimafia interdittive da parte della Prefettura.

5) Dare atto che, così come previsto dall'art.13 del Capitolato speciale d'appalto, la stipula del contratto avverrà tramite scrittura privata.

6) Dare atto che si procederà, con apposito successivo provvedimento, all'approvazione dello schema di contratto da stipulare con la Ditta aggiudicataria, non appena saranno ultimate le suddette verifiche ed acquisita la documentazione prevista dagli atti di gara per la stipula del contratto medesimo.

7) Dare atto che l'importo complessivo di **€ 618.210,00 iva compresa (22%)** derivante dalla procedura di gara in oggetto, per il periodo di 48 mesi, verrà sostenuto con i fondi di spesa corrente previsti nel C.E. 240.140.10 "Dispositivi Medici", del Bilancio 2019 ed anni seguenti, nella misura corrispondente alla frazione di annualità interessata.

8) Dare atto che Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016, è la Dott.ssa Caterina Gaudenzi Fiorucci Responsabile P.O. Acquisizione Dispositivi Medici.

9) Dato atto che, ai sensi dell'Art. 101 del D.lgs n. 50/2016 direttore dell'esecuzione del contratto, è la Dr.ssa Elsa di Domenico, Coordinamento Aziendale Dispositivi Medici della S.C Servizio Farmaceutico Aziendale, che dovrà curare tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto.

10) Dare atto che, entro 5 giorni dall'adozione del presente provvedimento, l'ufficio proponente l'atto provvederà a comunicare, ai sensi dell'art.76 c.5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione alla Ditta aggiudicataria ed alle Ditte non aggiudicatarie.

11) Dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art.216 c.11 del Dlgs 50/2016 e s.m.i, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, gli aggiudicatari dovranno corrispondere a questa Azienda sanitaria, in modo proporzionale, il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e dell'estratto pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale nonchè dell'avviso di aggiudicazione, in applicazione di quanto disposto dall'art.34, comma 35 del D. L. 12 Ottobre 2012 n.179 e convertito nella legge 17 Dicembre 2012 n. 221 e delle disposizioni contenute nella Legge 89/2014 di conversione del Decreto Legge n.66/2014.

12) Disporre altresì la trasmissione del presente atto, per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, al Dirigente U.O.C. Servizio Farmaceutico Aziendale.

13) Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

Il Funzionario Istruttore
dott. Mauro Mancini

Il Responsabile
P.O. Acquisizione Dispositivi Medici
Dott.ssa Caterina Gaudenzi Fiorucci

Il Dirigente
U.O.C. Attività Tecniche Acquisti Beni e Servizi
Dott. Ing. Fabio Pagliaccia

ALLEGATO 1

USLUmbria1

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.aslumbria1.it

Area Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

VERBALE N. 1
(PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA)

PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D.L.GS N.50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DEFLUSSORI.

APERTURA PLICHI E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

PREMESSO

Che con con Delibere del Direttore Generale n°1687 del 19/12/2017 e n. 994 del 26.07.2018, è stata indetta procedura di gara ristretta, per l'affidamento di "Deflussori", con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 6 del D.Lgs. 50/2016, per la durata di mesi 48 e per un importo quadriennale di € 803.000,00 iva esclusa, con oneri derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari a zero.

Che con la medesima Delibera n.994/2018 è stato anche approvato il verbale di prequalifica e quindi sono state ammesse al procedimento di gara in oggetto le seguenti Ditte partecipanti :

- Abbott Srl
- Aries Srl
- Baxter Spa
- Bbraun Spa
- Becton Dickinson Italia Spa
- Benefis Srl
- Bertoni Nello Srl
- Cair Italia Srl
- Chemil Srl
- Codan Srl
- Codisan Spa
- Eurospital Spa
- Farmac Zabban Spa
- Fase Srl
- Fresenius Kabi Italia Srl
- HMC Premedical Spa
- ICU Medical Europe Srl
- Klinicom Srl
- Macropharm Srl
- Multimedical Srl
- Nacatur International Import & Export
- Nestlè Italiana Spa

USLUmbria1

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.aslumbria1.it

Area Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

- Nutricia Italia Spa
- Promed MB Snc
- Rays Spa
- Sofar Spa
- SP Med Srl

Che con PEC del 21/08/2018 le Ditte suddette sono state invitate a presentare offerta entro le ore 13.00 del giorno 26/09/2018.

Che la lettera invito prevedeva, per l'apertura delle offerte pervenute, la prima seduta pubblica di gara, in data 27/09/2018 ore 10,30 presso gli uffici amministrativi del Presidio Ospedaliero di Città di Castello, in Via Angelini 10, nel corso della quale procedere ai seguenti adempimenti di competenza del RUP, coadiuvato da n.2 testimoni:

- ✓ alla identificazione dei plichi di gara pervenuti ed alla verifica della loro integrità;
- ✓ all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine ultimo utile e alla verifica della presenza e dell'integrità delle buste "BUSTA N. 1- Documenti amministrativi a corredo dell'offerta,"BUSTA N. 2- Offerta tecnica, " BUSTA N. 3- Offerta economica ;
- ✓ all'apertura della busta "BUSTA N. 1- Documenti amministrativi a corredo dell'offerta" ed alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione presentata, rispetto a quanto richiesto dalla lettera invito, fatta salva l'eventuale necessità di attivare la subprocedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83 comma 9 del Codice, nei casi di carenze formali della documentazione prodotta.

Che Il Responsabile Unico del Procedimento ed i componenti il seggio di gara, hanno reso dichiarazioni, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n.445/2000, agli atti d'ufficio, con le quali gli stessi attestano:

- che non sussiste il conflitto di interessi di cui all'art.6 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i., introdotto dall'art.1, comma 41 della Legge n.190/201;
- che non sussistono procedimenti penali e contabili per reati contro la pubblica amministrazione aperti e conclusi con la richiesta di rinvio a giudizio;
- di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la P.A. che, ai dell'art.46 comma 1 lett.C) della L.190/2012, escludono la partecipazione a commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori forniture e servizi.

TUTTO CIO' PREMESSO

In questo giorno 27.09.2018 alle ore 10.30 presso gli uffici amministrativi del Presidio Ospedaliero di Città di Castello, in Via Angelini 10, in seduta pubblica il RUP Dott.ssa Caterina Gaudenzi Fiorucci coadiuvato da due dipendenti della UOC Attività Tecniche – Acquisti Beni e

USLUmbria1

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.aslumbria1.it

Area Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

Servizi con funzioni di testimoni, Sig. Massimo Rossi e Dott.ssa Barbara Teobaldelli, procede agli adempimenti previsti dalla Lettera d'invito e come riportati nelle premesse.

Sono presenti, in conto delle Ditte, appositamente delegati, i Signori :
Sig. Lorenzo Galeazzi – Ditta Nacatur
Sig.Piero Piersanti - Ditta Rays
Sig.Mantovani Maurizio - Ditta Aries

In primis viene dato atto che sono pervenute offerte, entro il termine previsto, per le ore 13.00 del giorno 26.09.2018, alle quali viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine alfabetico (numerazione che verrà mantenuta in tutte le successive fasi di gara), da parte delle seguenti Ditte

1)	Abbott Srl	prot. 136639 del 25/09/2018
2)	Aries Srl	prot. 136427 del 25/09/2018
3)	Bbraun Spa	prot. 136215 del 24/09/2018
4)	Becton Dickinson Italia Spa	prot. 136843 del 25/09/2018
5)	Benefis Srl	prot. 136443 del 25/09/2018
6)	Bertoni Nello Srl	prot. 136456 del 25/09/2018
7)	Cair Italia Srl	prot. 136213 del 24/09/2018
8)	Chemil Srl	prot. 136754 del 25/09/2018
9)	Codan Srl	prot. 134408 del 24/09/2018
10)	Codisan Spa	prot. 136833 del 25/09/2018
11)	Eurospital Spa	prot. 134567 del 20/09/2018
		prot. 136071 del 24/09/2018
12)	Farmac Zabban Spa	prot. 136856 del 25/09/2018
13)	Fresenius Kabi Italia Srl	prot. 136657 del 25/09/2018
14)	Klinicom Srl	prot. 137436 del 26/09/2018 ore 10.59
15)	Macropharm Srl	prot. 137622 del 26/09/2018 ore 12.35
16)	Multimedical Srl	prot. 137513 del 26/09/2018 ore 11.41
17)	Nacatur International Import & Export	prot. 137322 del 26/09/2018 ore 09.50
18)	Nestlè Italiana Spa	prot. 135309 del 21/09/2018
19)	Nutricia Italia Spa	prot. 136851 del 25/09/2018
20)	Promed MB Snc	prot. 136415 del 25/09/2018
21)	SP Med Srl	prot. 137425 del 26/09/2018 ore 10.56

Il RUP evidenzia che la Ditta Eurospital ha presentato n.2 plichi, il secondo, di cui al prot. 136071 del 24/09/2018, sostituisce l'offerta economica contenuta all'interno del plico di cui al prot. 134567 del 20/09/2018.

Il RUP rileva inoltre che il plico, contenente l'offerta della ditta Rays Spa, pervenuto in data 26/09/2018, è stato protocollato fuori il termine orario, previsto per le ore 13,00, in quanto non è stato consegnato dal corriere, presso l'ufficio protocollo aziendale, come indicato nella Lettera d'invito, ma è stato consegnato presso il magazzino farmaceutico, unitamente al plico contenente la campionatura, con la conseguenza che la presenza del plico contenente l'offerta è stata rilevata dal personale amministrativo dell'Ufficio Acquisizione Dispositivi Medici, soltanto al

USLUmbria1

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.aslumbria1.it

Area Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

momento della registrazione dei campioni, ed è stato consegnato, dallo stesso personale dell'ufficio, al protocollo aziendale alle ore 13,35 (prot. n. 137732).

Il RUP considerato quanto disposto nella Lettera d'invito a pag.3 art.4 - Modalità e termini di partecipazione - ....." *Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della USL; prova dell'avvenuto recapito è data dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo della USL. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati*", **dispone di escludere la Ditta Rays dal prosieguo della gara.**

Il rappresentante della Ditta Rays Sig.Piero Piersanti, chiede che sia messo a verbale che : " il plico contenente l'offerta è arrivato nei tempi richiesti ed è stato accettato, inoltre era riportato sull'etichetta e sul documento di trasporto, ben visibile -ufficio protocollo- ".

Il RUP, di seguito, procede all'apertura dei plichi delle Ditte partecipanti, secondo l'ordine alfabetico ed alla verifica della documentazione amministrativa richiesta dalla Lettera d'invito (Art. 5 – Documenti amministrativi a corredo dell'offerta) contenuta nella Busta n.1.
A seguito di tale verifica vengono ammesse ,al prosieguo della gara, le seguenti Ditte:

Abbott Srl
Aries Srl
Bbraun Spa
Becton Dickinson Italia Spa
Benefis Srl
Cair Italia Srl
Chemil Srl
Codan Srl
Codisan Spa
Eurospital Spa
Farmac Zabban Spa
Fresenius Kabi Italia Srl
Klinicom Srl
Macropharm Srl
Multimedical Srl
Nacatur International Import & Export
Nestlè Italiana Spa
Nutricia Italia Spa
Promed MB Snc
SP Med Srl

Relativamente all'offerta della Ditta Eurospital Il Rup procede alla sostituzione dell'offerta economica di cui al prot.136071, con quella contenuta nel plico di cui al prot.134567, la quale viene chiusa e sigillata.

USLUmbria1

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.aslumbria1.it

Area Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

Relativamente all'offerta della Ditta Bertoni Nello Srl il RUP rileva che la polizza fidejussoria provvisoria, presentata per i tre lotti di partecipazione (Lotti n.3, n.5 e n.6), per l'importo di € 2.330,00, ridotta del 50%, non ha allegate le certificazioni di qualità previste dall'art.93 c.7 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e pertanto dichiara che sarà di attivata la sub-procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 c.9 del Codice degli Appalti, nei confronti di tale Ditta, al fine di regolarizzare la carenza documentale.

Il RUP al termine della seduta dispone quanto segue:

- di pubblicare il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art.29 c.1 del D.Lgs n.50/2016;
- di comunicare a mezzo PEC il presente provvedimento a tutte le Ditte sopra indicate

Tutta la documentazione viene presa in consegna dal R.U.P. per la necessaria custodia presso idoneo armadio chiuso a chiave all'interno degli Uffici della UOC Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi presso il Presidio Ospedaliero di Città di Castello.

Il presente verbale, che si compone di n.5 pagine, previa lettura, viene confermato e sottoscritto.

Dr. ssa Caterina Gaudenzi Fiorucci _____

Sig.Massimo Rossi _____

Dott.ssa Barbara Teobaldelli _____

27/09/2018

ALLEGATO 2

USLUmbria1

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.aslumbria1.it

UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

VERBALE N. 2
(SECONDA SEDUTA PUBBLICA DI GARA)

Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del d.l.gs n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di deflussori

APERTURA BUSTA n.2 contenente la Documentazione Tecnica

PREMESSO

Che con Delibere del Direttore Generale n°1687 del 19/12/2017 e n. 994 del 26.07.2018, veniva indetta procedura di gara ristretta, per l'affidamento di deflussori, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 6 del D.Lgs. 50/2016, per la durata di mesi 48 con opzione di rinnovo annuale ed eventuale proroga tecnica di sei mesi alla scadenza del termine contrattuale, con importo annuale, sul quale formulare offerta al ribasso, di € 200.750,00 iva esclusa ed importo quadriennale pari ad € 803.000,00 iva esclusa, con oneri derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari a zero, del valore massimo comprensivo del rinnovo annuale e dei sei mesi di proroga tecnica pari ad € 1.104.725,00 iva esclusa.

Che, in data 27.09.2018, come risulta da Verbale di gara n.1 agli atti di ufficio, si è tenuta la prima seduta pubblica di gara, durante la quale sono state ammesse al prosieguo della gara le seguenti ditte:

- Abbott Srl
- Aries Srl
- Bbraun Spa
- Becton Dickinson Italia Spa
- Benefis Srl
- Cair Italia Srl
- Chemil Srl
- Codan Srl
- Codisan Spa
- Eurospital Spa
- Farmac Zabban Spa
- Fresenius Kabi Italia Srl
- Klinicom Srl
- Macropharm Srl
- Multimedical Srl
- Nacatur International Import & Export
- Nestlè Italiana Spa

UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

- Nutricia Italia Spa
- Promed MB Snc
- SP Med Srl

Il RUP disponeva inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'avvio di un procedimento di soccorso istruttorio nei confronti della ditta Bertoni Nello Srl in quanto la polizza fidejussoria presentata per i lotti di partecipazione (Lotti n.3, n.5 e n.6), risultava ridotta del 50% pur in assenza delle certificazioni di qualità previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In data 28.09.2018, veniva quindi inviata PEC prot. 138969 per l'attivazione del soccorso istruttorio alla ditta Bertoni Nello Srl, alla quale la ditta rispondeva nel medesimo giorno con nota prot. 139063, allegando le certificazioni utili all'ammissione della stessa al prosieguo della gara.

Pertanto in data 29.11.2018, è stata inviata a mezzo PEC a tutte le Ditte ammesse, la convocazione della seconda seduta pubblica di gara per il giorno 11.12.2018, alla presenza della Commissione Giudicatrice, nel corso della quale si procederà all'apertura delle offerte tecniche.

Preso atto che con delibera del Direttore Delibera n. 1404 del 31.10.2018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice nella seguente composizione:

Dott. Francesco Fagotti – Dirigente Farmacista del P.O. di Gubbio e Gualdo Tadino - Presidente
Sig. Fabio Calderini – Coordinatore Infermieristico Blocco Operatorio del P.O. della Media Valle del Tevere - Componente
Sig. Massimo Giovannoni - Coordinatore Infermieristico Pronto Soccorso del P.O. di Città di Castello – Componente
Dott. Mauro Mancini – U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi – Segretario verbalizzante

Preso atto delle dichiarazioni, agli atti d'ufficio, rese, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n.445/2000, da parte del Responsabile del Procedimento e dei componenti la Commissione di gara, con le quali gli stessi attestano:

- che non sussiste il conflitto di interessi di cui all'art.6 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i., introdotto dall'art.1, comma 41 della Legge n.190/201;
- che non sussistono procedimenti penali e contabili per reati contro la pubblica amministrazione aperti e conclusi con la richiesta di rinvio a giudizio;
- di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la P.A. che, ai dell'art.46 comma 1 lett.C) della L.190/2012, escludono la partecipazione a commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori forniture e servizi.

UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

TUTTO CIO' PREMESSO

In questo giorno 11.12.2018 alle ore 10.30 presso la Sala Riunione situata presso la gli Uffici Amministrativi del Presidio Ospedaliero di Città di Castello, in via Luigi Angelini 10, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice, coadiuvata dal dott. Mauro Mancini con funzioni di segretario verbalizzante, procede agli adempimenti previsti nella lettera invito a pagina 15 punto 10.

Sono presenti per le Ditte i seguenti rappresentati muniti di regolare procura:

Abbott Srl	Sig. Michele Pierini
Aries Srl	Sig. Roberto Santini
Bbraun Milano Spa	Sig. Nicola Montecchi
Benefis Srl	Sig. Antonio Aiuti
Farmac Zabban	Sig.ra Daniela Fagiani
Klinicom Srl	Sig. Daniele Calabrese
Nacatur International Import & Export	Sig. Lorenzo Galeazzi
Nutricia Italia Spa	Sig.ra Ernesta Plebani

Il Segretario verbalizzante, in primo luogo, comunica l'esito positivo del procedimento di soccorso istruttorio attivato nei confronti della ditta Bertoni Nello Srl in data 28.09.2018 e ne comunica l'ammissione al prosieguo della gara.

Prima di procedere agli adempimenti, viene chiesto ai presenti se qualcuno di loro intenda siglare le offerte tecniche da aprire; tutti i presenti rimettono alla sola Commissione Giudicatrice la firma dei documenti tecnici presentati in gara.

La Commissione Giudicatrice procede pertanto all'apertura delle Buste n.2 contenenti la Documentazione tecnica di ciascuna delle Ditte ammesse, all'apposizione della firma in ogni pagina dei documenti, al solo fine di prendere genericamente atto del relativo contenuto ed omettendo qualsiasi esame nel merito, che sarà oggetto di successive sedute riservate.

La Commissione rileva che sono pervenute le seguenti offerte:

- Abbott Srl — lotto n.1
- Aries Srl — lotti n. 3-4-5-6
- Bbraun Spa — lotto n.4
- Becton Dickinson Italia Spa — lotti n. 2-3-4-5-6
- Benefis Srl — lotti n. 2-3-4-5
- Bertoni Nello Srl — lotti n. 3-5-6

UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

▪ Cair Italia Srl	lotto n.5
▪ Chemil Srl	lotto n.3
▪ Codan Srl	lotto n.4
▪ Codisan Spa	lotto n.3
▪ Eurospital Spa	lotto n.5
▪ Farmac Zabban Spa	lotti n. 2-3
▪ Fresenius Kabi Italia Srl	lotti n. 1-4
▪ Klinicom Srl	lotti n. 2-3-4-5-6
▪ Macropharm Srl	lotti n. 2-3-5-6
▪ Multimedical Srl	lotti n. 3-5-6
▪ Nacatur International Import & Export	lotti n. 2-3-5
▪ Nestlè Italiana Spa	lotto n.1
▪ Nutricia Italia Spa	lotto n.1
▪ Promed MB Snc	lotti n. 5-6
▪ SP Med Srl	lotti n. 2-3-5-6

I lavori terminano alle ore 12.30 del giorno 11.12.2018.

Tutta la documentazione viene riconsegnata dal segretario verbalizzante al RUP di gara il quale provvede a riporre la documentazione in idoneo armadio chiuso a chiave. all'interno degli Uffici della U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi presso il Presidio Ospedaliero di Città di Castello.

Il presente verbale, che si compone di n.4 pagine, previa lettura, viene confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione giudicatrice

Dott. Francesco Fagotti

I componenti

Sig. Fabio Calderini

Sig. Massimo Giovannoni

Il segretario verbalizzante

Dott. Mauro Mancini

ALLEGATO 3

USLUmbria1

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.aslumbria1.it

UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 075850925-4

VERBALE N. 3
(TERZA SEDUTA PUBBLICA DI GARA)

Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del d.l.gs n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di deflussori

APERTURA BUSTA n.3 contenente l'offerta economica

PREMESSO

Che con Delibere del Direttore Generale n°1687 del 19/12/2017 e n. 994 del 26.07.2018, veniva indetta procedura di gara ristretta, per l'affidamento di deflussori, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, per la durata di mesi 48 con opzione di rinnovo annuale ed eventuale proroga tecnica di sei mesi alla scadenza del termine contrattuale, con importo complessivo annuale di € 200.750,00 iva esclusa ed importo quadriennale pari ad € 803.000,00 iva esclusa, con oneri derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari a zero, del valore massimo comprensivo del rinnovo annuale e dei sei mesi di proroga tecnica pari ad € 1.104.725,00 iva esclusa.

Preso atto che con delibera del Direttore Delibera n. 1404 del 31.10.2018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice nella seguente composizione:

Dott. Francesco Fagotti – Dirigente Farmacista del P.O. di Gubbio e Gualdo Tadino - Presidente
Sig. Fabio Calderini – Coordinatore Infermieristico Blocco Operatorio del P.O. della Media Valle del Tevere - Componente
Sig. Massimo Giovannoni - Coordinatore Infermieristico Pronto Soccorso del P.O. di Città di Castello – Componente
Dott. Mauro Mancini – U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi – Segretario verbalizzante

Che, in data 11.12.2018, come risulta da Verbale di gara n.2 agli atti di ufficio, si è tenuta la seconda seduta pubblica di gara, durante la quale sono state ammesse al prosieguo della gara le seguenti ditte:

- Abbott Srl — lotto n.1
- Aries Srl — lotti n. 3-4-5-6
- Bbraun Spa — lotto n.4
- Becton Dickinson Italia Spa — lotti n. 2-3-4-5-6
- Benefis Srl — lotti n. 2-3-4-5

UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi - Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

• Bertoni Nello Srl	lotti n. 3-5-6
• Cair Italia Srl	lotto n.5
• Chemil Srl	lotto n.3
• Codan Srl	lotto n.4
• Codisan Spa	lotto n.3
• Eurospital Spa	lotto n.5
• Farmac Zabban Spa	lotti n. 2-3
• Fresenius Kabi Italia Srl	lotti n. 1-4
• Klinicom Srl	lotti n. 2-3-4-5-6
• Macropharm Srl	lotti n. 2-3-5-6
• Multimedical Srl	lotti n. 3-5-6
• Nacatur International Import & Export	lotti n. 2-3-5
• Nestlè Italiana Spa	lotto n.1
• Nutricia Italia Spa	lotto n.1
• Promed MB Snc	lotti n. 5-6
• SP Med Srl	lotti n. 2-3-5-6

Che in data 28.02.2019 la Commissione Giudicatrice ha terminato la valutazione tecnica delle offerte presentate, attribuendo i relativi punteggi tecnici come da verbale redatto nella stessa data e che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Pertanto in data 07.03.2019, è stata inviata a mezzo PEC a tutte le Ditte concorrenti, la convocazione della terza seduta pubblica di gara per il giorno 14.03.2019, alla presenza della Commissione Giudicatrice, nel corso della quale si procederà ai seguenti adempimenti:

- comunicazione della valutazione di conformità e dei punteggi insindacabilmente attribuiti a ciascuna offerta da parte della Commissione;
- apertura della busta contenente l'offerta economica e determinazione del punteggio prezzo di ciascuna offerta;
- redazione della graduatoria finale, in base alla sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascuna partecipante;
- verifica della presenza di offerte anormalmente basse ai sensi dell'art.97 c.3 del Codice.

TUTTO CIO' PREMESSO

In questo giorno 14.03.2019 alle ore 9.45 presso gli uffici della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Città di Castello, in Via Angelini 10, in seduta pubblica, la

UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luig. Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

Commissione Giudicatrice, coadiuvata dal dott. Mauro Mancini con funzioni di segretario verbalizzante, procede agli adempimenti previsti nella lettera invito a pagina 17 punto 10.

Sono presenti per le Ditte i seguenti rappresentati muniti di regolare procura:

Abbott Srl	Sig. Michele Pierini
Aries Srl	Sig. Maurizio Mantovani
Benefis Srl	Sig. Emanuele Polito
Farmac Zabban	Sig.ra Daniela Fagiani
Fresenius Kabi	Sig.ra Gabriella Punzi
Nacatur International Import & Export	Sig. francesco Girolami

Prima di procedere all'apertura delle offerte economiche il Segretario dà lettura dei punteggi di qualità attribuiti dalla Commissione Giudicatrice, come da verbale del 28.02.2019 allegato al presente atto.

Di seguito la Commissione procede all'apertura della busta n.3, contenente l'offerta economica, delle ditte sotto indicate, secondo l'ordine attribuito durante l'apertura dei plichi nella prima seduta pubblica del 27.09.2018 e rileva le seguenti offerte economiche:

Lotto n.1 "Deflussori a gravità per nutrizione enterale"

DITTE	Offerta economica – Base d'asta € 180.000,00 iva esclusa
FRESENIUS	€ 119.000,00 iva esclusa
NESTLE'	€ 130.000,00 iva esclusa
NUTRICIA	€ 149.000,00 iva esclusa

Lotto n.2 "Deflussori standard a gravità attacco LUER"

DITTE	Offerta economica – Base d'asta € 240.000,00 iva esclusa
FARMAC ZABBAN	€ 82.400,00 iva esclusa
NACATUR INTERNATIONAL	€ 88.000,00 iva esclusa
BENEFIS	€ 107.200,00 iva esclusa
SP MED	€ 176.000,00 iva esclusa

Lotto n.3 "Deflussori standard a gravità attacco LUER-LOCK"

DITTE	Offerta economica – Base d'asta € 60.000,00 iva esclusa
BERTONI NELLO	€ 18.900,00 iva esclusa
CODISAN	€ 19.400,00 iva esclusa
NACATUR INTERNATIONAL	€ 20.000,00 iva esclusa
FARMAC ZABBAN	€ 21.000,00 iva esclusa
CHEMIL	€ 23.960,00 iva esclusa
KLINICOM	€ 25.000,00 iva esclusa
BENEFIS	€ 26.800,00 iva esclusa
BECTON DICKINSON	€ 32.000,00 iva esclusa
ARIES	€ 36.000,00 iva esclusa

UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

MACROPHARM	€ 43.600,00 iva esclusa
SP MED	€ 44.000,00 iva esclusa
MULTIMEDICAL	€ 56.000,00 iva esclusa

Lotto n.4 "Deflussori a gravità di precisione antisgocciolamento e antisvuotamento"

DITTE	Offerta economica – Base d'asta € 150.000,00 iva esclusa
BENEFIS	€ 78.000,00 iva esclusa
ARIES	€ 118.000,00 iva esclusa
BBRAUN	€ 140.000,00 iva esclusa

Lotto n.5 "Deflussori regolatori di flusso per somministrazione controllata di soluzioni infusionali (macro e micro)"

DITTE	Offerta economica – Base d'asta € 158.000,00 iva esclusa
KLINICOM	€ 82.820,00 iva esclusa
NACATUR INTERNATIONAL	€ 99.160,00 iva esclusa
MACROPHARM	€ 103.896,00 iva esclusa
EUROSPITAL	€ 111.160,00 iva esclusa
BERTONI NELLO	€ 114.330,00 iva esclusa
BENEFIS	€ 135.380,00 iva esclusa
BECTON DICKINSON	€ 139.380.00 iva esclusa
CAIR	€ 140.996,00 iva esclusa
PROMED MB	€ 144.970,00 iva esclusa
ARIES	€ 155.540,00 iva esclusa
SP MED	€ 157.600,00 iva esclusa

Lotto n.6 "Deflussori urologici a due vie"

DITTE	Offerta economica – Base d'asta € 15.000,00 iva esclusa
MACROPHARM	€ 7.840,00 iva esclusa
KLINICOM	€ 7.840,00 iva esclusa
BECTON DICKINSON	€ 9.200,00 iva esclusa
MULTIMEDICAL	€ 10.400,00 iva esclusa
BERTONI NELLO	€ 10.552,00 iva esclusa
ARIES	€ 11.520,00 iva esclusa
PROMED MB	€ 12.088,00 iva esclusa
SP MED	€ 13.520,00 iva esclusa

La Commissione procede quindi all'attribuzione dei punteggi economici, assegnando il punteggio massimo a disposizione (30 punti) alla ditta che ha presentato l'offerta economica più bassa, assegnando alle altre imprese concorrenti punteggio proporzionalmente decrescente, in base alla formula indicata nella lettera di invito e sommando il punteggio di qualità, procede alla stesura della seguente graduatoria di merito:

USLUmbria1

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.asl umbria1.it

UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini, 10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

Lotto n.1 "Deflussori a gravità per nutrizione enterale"

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
NESTLE'	**67,85**	**€ 130.000,00**	**27,46**	**95,31**
FRESENIUS KABI	64,94	€ 119.000,00	30	94,94
NUTRICIA	70	€ 149.000,00	23,96	93,96

Lotto n.2 "Deflussori standard a gravità attacco LUER"

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
SP MED	**70**	**€ 176.000,00**	**14,05**	**84,05**
NACATUR INTERNATIONAL	52,97	€ 88.000,00	28,09	81,06
BENEFIS	50,47	€ 107.200,00	23,06	73,53
FARMAC ZABBAN	42,88	€ 82.400,00	30	72,88

Lotto n.3 "Deflussori standard a gravità attacco LUER-LOCK"

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
CODISAN	**68,76**	**€ 19.400,00**	**29,23**	**97,99**
BECTON DICKINSON	70	€ 32.000,00	17,72	87,72
MACROPHARM	69,91	€ 43.600,00	13,00	82,91
BERTONI NELLO	49,31	€ 18.900,00	30	79,31
SP MED	65,32	€ 44.000,00	12,89	78,21
NACATUR INTERNATIONAL	48,54	€ 20.000,00	28,35	76,89
KLINICOM	51,83	€ 25.000,00	22,68	74,51
CHEMIL	49,42	€ 23.960,00	23,66	73,08
FARMAC ZABBAN	45,65	€ 21.000,00	27,00	72,65
BENEFIS	48,89	€ 26.800,00	21,16	70,05
ARIES	37,56	€ 36.000,00	15,75	53,31
MULTIMEDICAL	38,54	€ 56.000,00	10,13	48,67

Lotto n.4 "Deflussori a gravità di precisione antisgocciolamento e antisvuotamento"

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
BBRAUN	**70**	**€ 140.000,00**	**16,71**	**86,71**
CONMED	39,60	€ 78.000,00	30	69,60
ARIES	44,01	€ 118.000,00	19,83	63,84

UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini.10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

Lotto n.5 "Deflussori regolatori di flusso per somministrazione controllata di soluzioni infusionali (macro e micro)"

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
PROMED MB	**70**	**€ 144.970,00**	**17,14**	**87,14**
BENEFIS	67,68	€ 135.380,00	18,35	86,03
ARIES	68,37	€ 155.540,00	15,97	84,34
KLINICOM	46,99	€ 82.820,00	30	76,99
NACATUR INTERNATIONAL	46,03	€ 99.160,00	25,06	71,09
EUROSPITAL	48,41	€ 111.160,00	22,35	70,76
MACROPHARM	43,46	€ 103.896,00	23,91	67,37
BECTON DICKINSON	47,19	€ 139.380,00	17,83	65,02
CAIR	45,45	€ 140.996,00	17,62	63,07
SP MED	46,89	€ 157.600,00	15,77	62,66
BERTONI NELLO	38,38	€ 114.330,00	21,73	60,11

Lotto n.6 "Deflussori urologici a due vie"

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
KLINICOM	**67,84**	**€ 7.840,00**	**30**	**97,84**
MACROPHARM	63	€ 7.840,00	30	93
SP MED	70	€ 13.520,00	17,40	87,40
ARIES	63,93	€ 11.520,00	20,42	84,35
MULTIMEDICAL	61,04	€ 10.400,00	22,62	83,66
PROMED MB	63,31	€ 12.088,00	19,46	82,77
BECTON DICKINSON	54,20	€ 9.200,00	25,57	79,77
BERTONI NELLO	50,39	€ 10.552,00	22,29	72,68

La Commissione rileva che le offerte di seguito riportate risultano sospette di anomalia e pertanto provvede a trasmettere tutta la documentazione di gara al RUP che attiverà la fase di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art.97 c.3 del D.Lgs. 50/2016, richiedendo per iscritto le giustificazioni relative alle voci di prezzo alla ditta sotto elencata, da effettuarsi con le modalità previste dalla lettera di invito della procedura di gara in oggetto:

Lotto n.1 "Deflussori a gravità per nutrizione enterale"

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
NESTLE'	**67,85**	**€ 130.000,00**	**27,46**	**95,31**

UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509525/7 Fax 0758509254

Lotto n.3 "Deflussori standard a gravità attacco LUER-LOCK"

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
CODISAN	**68,76**	**€ 19.400,00**	**29,23**	**97,99**

Lotto n.6 "Deflussori urologici a due vie"

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
KLINICOM	**67,84**	**€ 7.840,00**	**30**	**97,84**

Tutta la documentazione viene riconsegnata dal segretario verbalizzante al RUP di gara il quale provvede a riporre la documentazione in idoneo armadio chiuso a chiave all'interno degli Uffici della U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi presso il Presidio Ospedaliero di Città di Castello.

I lavori terminano alle ore 11.30 del giorno 14.03.2019.

Il presente verbale, che si compone di n. 7 pagine, previa lettura, viene confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione giudicatrice

Dott. Francesco Fagotti

I componenti

Sig. Fabio Calderini

Sig. Massimo Giovannoni

Il segretario verbalizzante

Dott. Mauro Mancini

USLUmbria1

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.aslumbria1.it

UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

Oggetto : Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del d.l.gs n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di deflussori

VERBALE – VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA
(SEDUTE RISERVATE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE)

PREMESSO

Che con delibera del Direttore Delibera n. 1404 del 31.10.2018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice della procedura di gara riportata in oggetto nella seguente composizione:

Dott. Francesco Fagotti – Dirigente Farmacista del P.O. di Gubbio e Gualdo Tadino - Presidente
Sig. Fabio Calderini – Coordinatore Infermieristico Blocco Operatorio del P.O. della Media Valle del Tevere - Componente
Sig. Massimo Giovannoni - Coordinatore Infermieristico Pronto Soccorso del P.O. di Città di Castello – Componente
Dott. Mauro Mancini – U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi – Segretario verbalizzante

Che in data **22.01.2019** alle ore 09,00, la Commissione Giudicatrice, al completo ed in seduta riservata, si riuniva nei locali della UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi, presso il presidio Ospedaliero di Città di Castello, per dare inizio ai lavori preliminari di valutazione tecnico-qualitativa delle offerte tecniche delle Ditte ammesse al procedimento di gara in oggetto.

Che, come da verbale della seconda seduta pubblica di gara, risultano ammesse al procedimento di gara in oggetto le seguenti ditte:

- Abbott Srl — lotto n.1
- Aries Srl — lotti n. 3-4-5-6
- Bbraun Spa — lotto n.4
- Becton Dickinson Italia Spa — lotti n. 2-3-4-5-6
- Benefis Srl — lotti n. 2-3-4-5

UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

▪ Bertoni Nello Srl	lotti n. 3-5-6
▪ Cair Italia Srl	lotto n.5
▪ Chemil Srl	lotto n.3
▪ Codan Srl	lotto n.4
▪ Codisan Spa	lotto n.3
▪ Eurospital Spa	lotto n.5
▪ Farmac Zabban Spa	lotti n. 2-3
▪ Fresenius Kabi Italia Srl	lotti n. 1-4
▪ Klinicom Srl	lotti n. 2-3-4-5-6
▪ Macropharm Srl	lotti n. 2-3-5-6
▪ Multimedical Srl	lotti n. 3-5-6
▪ Nacatur International Import & Export	lotti n. 2-3-5
▪ Nestlè Italiana Spa	lotto n.1
▪ Nutricia Italia Spa	lotto n.1
▪ Promed MB Snc	lotti n. 5-6
▪ SP Med Srl	lotti n. 2-3-5-6

Che l'aggiudicazione è prevista per singolo lotto intero, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in base alle disposizioni contenute nella lettera invito, la quale ha previsto per la qualità, il punteggio massimo complessivo di 70 punti, suddivisi secondo i parametri di valutazione prestabiliti e secondo le modalità previste di cui alla pagina 9 punto 10 "Criteri e proceduta di aggiudicazione".

La Commissione pertanto procedeva a dare avvio ai lavori di valutazione tecnico – qualitativa delle offerte, limitatamente al **Lotto n.1 "Deflussori a gravità per nutrizione enterale", Lotto n.3 " Deflussori standard a gravità attacco LUER LOCK" ed al Lotto n.4 "Deflussori a gravità di precisione antisgocciolamento e antisvuotamento",** dopo aver prelevato le buste contenenti le offerte tecniche tenute in custodia dal RUP. La seduta veniva chiusa alle ore 13.30 del giorno medesimo, le offerte tecniche venivano riconsegnate al RUP e riposte nei locali adibiti per la loro custodia.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il questo giorno 28.02.2019 alle ore 09.00 presso gli uffici della UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi, presso il presidio Ospedaliero di Città di Castello, si è riunita, in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, al completo, coadiuvata dal segretario verbalizzante dott. Mauro Mancini, per procedere alla definizione dei giudizi attribuiti, nella seduta precedente, con i relativi punteggi di qualità, in base alle disposizioni

UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

contenute nella lettera invito del procedimento di gara in oggetto, a pag. 9 punto 9 "Criteri e proceduta di aggiudicazione". La Commissione procedeva inoltre a dare avvio ai lavori di valutazione tecnico – qualitativa delle offerte, limitatamente al **Lotto n.2 "Deflussori standard a gravità attacco LUER", Lotto n.5 "Deflussori regolatori di flusso per somministrazione controllata di soluzioni infusionali (macro e micro)" ed al Lotto n.6 "Deflussori urologici a due vie".** Vengono prelevate le buste contenenti le offerte tecniche conservate fin dalla chiusura della seduta riservata del 22.01.2019 dal RUP, in idoneo armadio, munito di serratura, all'interno degli uffici della UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi presso l'Ospedale di Città di Castello.

La Commissione giudicatrice, procede quindi a redigere, le schede di valutazione per ognuno dei sei lotti, che vengono allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (Allegato A composto da n. 8 pagine) il cui contenuto viene di seguito riportato in sintesi:

Lotto n.1 "Deflussori a gravità per nutrizione enterale"

DITTE	punti
NUTRICIA	67
NESTLE'	64,95
FRESENIUS	60,30
ABBOTT	Esclusa per mancanza del raccordo laterale per eventuali aggiunta di liquidi. Come da capitolato

Lotto n.2 "Deflussori standard a gravità attacco LUER"

DITTE	punti
SP MED	65,95
NACATUR INTERNATIONAL	49,90
BENEFIS	47,55
FARMAC ZABBAN	40,40
BECTON DICKINSON	Esclusa in quanto ha presentato prodotto con attacco LUER LOCK
KLINICOM	Esclusa in quanto ha presentato prodotto con attacco LUER LOCK
MACROPHARM	Esclusa per mancanza di raccordo terminale per iniezioni estemporanee in elastomero o altro materiale privo di lattice. Come da capitolato

Lotto n.3 "Deflussori standard a gravità attacco LUER-LOCK"

DITTE	punti
BECTON DICKINSON	68

UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

MACROPHARM	67,91
CODISAN	66,80
SP MED	63,45
KLINICOM	50,35
CHEMIL	48,01
BERTONI NELLO	47,90
BENEFIS	47,49
NACATUR INTERNATIONAL	47,15
FARMAC ZABBAN	44,35
MULTIMEDICAL	37,44
ARIES	36,49

Lotto n.4 "Deflussori a gravità di precisione antisgocciolamento e antisvuotamento"

DITTE	punti
BBRAUN	70
ARIES	44,01
BENEFIS	39,60
BECTON DICKINSON	Escluso per mancanza doppia via integrata come richiesto nel capitolato
CODAN	Escluso per mancanza doppia via integrata come richiesto nel capitolato
FRESENIUS	Escluso per mancanza doppia via integrata come richiesto nel capitolato
KLINICOM	Escluso per mancanza doppia via integrata come richiesto nel capitolato

Lotto n.5 "Deflussori regolatori di flusso per somministrazione controllata di soluzioni infusionali (macro e micro)"

DITTE	punti
PROMED MB	66,30
ARIES	64,76
BENEFIS	64,10
EUROSPITAL	45,85
BECTON DICKINSON	44,70
KLINICOM	44,51
SP MED	44,41
NACATUR INTERNATIONAL	43,60
CAIR	43,05
MACROPHARM	41,16
BERTONI NELLO	36,35
MULTIMEDICAL	Esclusa in quanto il dispositivo contiene ftalati

UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

Lotto n.6 "Deflussori urologici a due vie"

DITTE	punti
SP MED	66,20
KLINICOM	65,90
ARIES	62,10
PROMED MB	61,50
MACROPHARM	61,20
MULTIMEDICAL	59,30
BECTON DICKINSON	52,65
BERTONI NELLO	48,95

Secondo quanto previsto nella lettera di invito, al fine di non alterare i pesi stabiliti per i criteri della qualità e del prezzo, se nessun concorrente ottiene sui parametri di valutazione tecnica nel loro complesso il punteggio pari al peso massimo assegnato agli stessi (70 punti), è effettuata la c.d. "riparametrizzazone totale", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

A seguito di quanto sopra, per i lotti nn.1, 2, 3, 5 e 6, scaturiscono i seguenti punteggi riparametrati:

Lotto n.1 "Deflussori a gravità per nutrizione enterale"

DITTE	punti
NUTRICIA	70
NESTLE'	67,85
FRESENIUS	64,94

Lotto n.2 "Deflussori standard a gravità attacco LUER"

DITTE	punti
SP MED	70
NACATUR INTERNATIONAL	52,97
BENEFIS	50,47
FARMAC ZABBAN	42,88

Lotto n.3 "Deflussori standard a gravità attacco LUER-LOCK"

DITTE	punti
BECTON DICKINSON	70
MACROPHARM	69,91
CODISAN	68,76
SP MED	65,32
KLINICOM	51,83

UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

CHEMIL	49,42
BERTONI NELLO	49,31
BENEFIS	48,89
NACATUR INTERNATIONAL	48,54
FARMAC ZABBAN	45,65
MULTIMEDICAL	38,54
ARIES	37,56

Lotto n.5 "Deflussori regolatori di flusso per somministrazione controllata di soluzioni infusionali (macro e micro)"

DITTE	punti
PROMED MB	70
ARIES	68,37
BENEFIS	67,68
EUROSPITAL	48,41
BECTON DICKINSON	47,19
KLINICOM	46,99
SP MED	46,89
NACATUR INTERNATIONAL	46,03
CAIR	45,45
MACROPHARM	43,46
BERTONI NELLO	38,38

Lotto n.6 "Deflussori urologici a due vie"

DITTE	punti
SP MED	70
KLINICOM	67,84
ARIES	63,93
PROMED MB	63,31
MACROPHARM	63
MULTIMEDICAL	61,04
BECTON DICKINSON	54,20
BERTONI NELLO	50,39

Alle ore 13.00 termina la seduta, il Presidente della Commissione Giudicatrice dispone che il verbale dei lavori venga trasmesso al RUP, per il seguito di competenza, congiuntamente alla documentazione tecnica, che ricomposta nel plico originale viene riposta in armadio chiuso a chiave presso gli uffici della UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi, siti presso l'ospedale di Città di Castello in via Luigi Angelini 10.

UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

Il presente verbale, che si compone di n. 7 pagine, compresi gli allegati, previa lettura, viene confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione giudicatrice

Dott. Francesco Fagotti

I componenti

Sig. Fabio Calderini

Sig. Massimo Giovannoni

Il segretario verbalizzante

Dott. Mauro Mancini

	CARATTERISTICHE			ABBOTT				FRESENIUS				NESTLE'				NUTRICIA			
				Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note
1	Praticità del dispositivo, semplicità d'uso indeformabilità	P1	15			0	Escluso per mancanza del raccordo laterale per eventuali aggiunta di liquidi. Come da capitolato	1	1	15	Dispositivo pratico con ottima risposta alla indeformabilità	0,85	0,85	12,75	Dispositivo pratico con buona risposta alla indeformabilità	0,85	0,85	12,75	Dispositivo pratico con buona risposta alla indeformabilità
2	Affidabilità del sistema di tenuta della camera di goccilamento, impossibilità di flusso libero	P2	35			0		0,85	0,85	29,75	Tubo lungo, flusso lento	1	1	35	Ottima affidabilità	1	1	35	Ottima affidabilità
3	Trasparenza per l'immediata identificazione del dispositivo, facilità di apertura e possibilità di prelievo con tecnica asettica	P3	5			0		1	1	5	Apertura estremamente facile	1	1	5	Apertura estremamente facile	0,85	0,85	4,25	Tubo viola
4	Capacità di preservare la caratteristiche e le prestazioni anche nelle fasi di trasporto e immagazzinamento	P4	4			0		1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo
5	Presenza del simbolo/dicitura LATEX FREE e DEHP FREE	P5	4			0		0	0	0	Diciture non presenti in confezione ma solo in scheda tecnica	0,3	0,3	1,2	Indicato in confezione solo il DEHP FREE. Altra indicazione in scheda tecnica	1	1	4	Diciture presenti
6	Numero di pezzi contenuti in ogni confezione (a minor numero di pezzo corrisponderà punteggio proporzionalmente superiore)	P6	4			0		1	1	4	Cartone 30 pezzi	1	1	4	Cartone 30 pezzi	1	1	4	Cartone 30 pezzi
7	Messa a disposizione di specialist per la risoluzione di problematiche correlate all'uso di dispositivi	P7	3			0		0,85	0,85	2,55	Buona disponibilità	1	1	3	Ottimo	1	1	3	Ottimo
			70			0				60,3				64,95				67	

Il Presidente
Dott. Francesco Fagotti

Componente
Sig. Massimo Giovannoni

Componente
Sig. Fabio Calderini

Il Segretario verbalizzante
Dott. Mauro Mancini

	CARATTERISTICHE			BECTON DICKINSON				BENEFIS				FARMAC ZABBAN				KLINICOM			
				Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note
1	Praticità del dispositivo, semplicità d'uso indeformabilità	P1	15			0	Esclusa in quanto ha presentato prodotto con attacco LUER LOCK	0,85	0,85	12,75	Dispositivo pratico con buona risposta alla indeformabilità	0,85	0,85	12,75	Dispositivo pratico con buona risposta alla indeformabilità			0	Esclusa in quanto ha presentato prodotto con attacco LUER LOCK
2	Affidabilità del sistema di flusso (tenuta ed ergonomicità) capacità di perforazione dello spike e modalità di protezione in fase di smaltimento	P2	35			0		0,55	0,55	19,25	Adeguata affidabilità con buona capacità di perforazione ma scarsa ergonomicità	0,3	0,3	10,5	Scarsa tenuta dell'antigocciolamento			0	
3	Trasparenza per l'immediata identificazione del dispositivo, facilità di apertura e possibilità di prelievo con tecnica asettica	P3	5			0		0,85	0,85	4,25	Apertura semplice	0,85	0,85	4,25	Apertura semplice			0	
4	Capacità di preservare la caratteristiche e le prestazioni anche nelle fasi di trasporto e immagazzinamento	P4	4			0		1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo			0	
5	Presenza del simbolo/dicitura LATEX FREE e DEHP FREE	P5	4			0		0,3	0,3	1,2	DEHP free dichiarato in scheda tecnica, ma sulla confezione simbolo DEHP presente. Incongruenza.	1	1	4	Diciture presenti			0	
6	Numero di pezzi contenuti in ogni confezione (a minor numero di pezzo corrisponderà punteggio proporzionalmente superiore)	P6	4							4	350			2,8	500				
7	Messa a disposizione di specialist per la risoluzione di problematiche correlate all'uso di dispositivi	P7	3			0		0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità	0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità			0	
			70			0		1	1	47,55				40,4				0	

	CARATTERISTICHE			MACROPHARM				NACATUR				SP MED			
				Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note
1	Praticità del dispositivo, semplicità d'uso indeformabilità	P1	15			0	Esclusa per mancanza di raccordo terminale per iniezioni estemporanee in elastomero o altro materiale privo di lattice	0,85	0,85	12,75	Dispositivo pratico con buona risposta alla indeformabilità	1	1	15	Dispositivo pratico con ottima risposta alla indeformabilità
2	Affidabilità del sistema di flusso (tenuta ed ergonomicità) capacità di perforazione dello spike e modalità di protezione in fase di smaltimento	P2	35			0		0,55	0,55	19,25	Adeguata affidabilità con buona capacità di perforazione ma scarsa ergonomicità	1	1	35	Ottima affidabilità
3	Trasparenza per l'immediata identificazione del dispositivo, facilità di apertura e possibilità di prelievo con tecnica asettica	P3	5			0		1	1	5	Apertura estremamente facile	0,85	0,85	4,25	Apertura semplice
4	Capacità di preservare la caratteristiche e le prestazioni anche nelle fasi di trasporto e immagazzinamento	P4	4			0		1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo
5	Presenza del simbolo/dicitura LATEX FREE e DEHP FREE	P5	4			0		1	1	4	Diciture presenti	0,3	0,3	1,2	Indicato in confezione solo il LATEX FREE. Altra indicazione in scheda tecnica
6	Numero di pezzi contenuti in ogni confezione (a minor numero di pezzo corrisponderà punteggio proporzionalmente superiore)	P6	4							2,8	500			3,5	400
7	Messa a disposizione di specialist per la risoluzione di problematiche correlate all'uso di dispositivi	P7	3			0		0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità	1	1	3	Ottimo
			70			0				49,9				65,95	

Il Presidente
Dott. Francesco Fagotti

Componente
Sig. Massimo Giovannoni

Componente
Sig. Fabio Calderini

Il Segretario verbalizzante
Dott. Mauro Mancini

	CARATTERISTICHE			ARIES				BECTON DICKINSON				BENEFIS				BERTONI NELLO			
				Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note
1	Praticità del dispositivo, semplicità d'uso indeformabilità	P1	15	0,3	0,3	4,5	Parzialmente adeguato. Scarsa risposta all'indeformabilità, il tubo riacquista con difficoltà la propria linearità	1	1	15	Dispositivo pratico con ottima risposta alla indeformabilità	0,85	0,85	12,75	Dispositivo pratico con buona risposta alla indeformabilità	0,85	0,85	12,75	Dispositivo pratico con buona risposta alla indeformabilità
2	Affidabilità del sistema di flusso (tenuta ed ergonomicità) capacità di perforazione dello spike e modalità di protezione in fase di smaltimento	P2	35	0,55	0,55	19,25	Adeguata affidabilità con buona capacità di perforazione ma scarsa ergonomicità	1	1	35	Oltima affidabilità	0,55	0,55	19,25	Adeguata affidabilità con buona capacità di perforazione ma scarsa ergonomicità	0,55	0,55	19,25	Adeguata affidabilità con buona capacità di perforazione ma scarsa ergonomicità
3	Trasparenza per l'immediata identificazione del dispositivo, facilità di apertura e possibilità di prelievo con tecnica asettica	P3	5	0,3	0,3	1,5	Difficoltà apertura confezione	1	1	5	Apertura estremamente facile	0,85	0,85	4,25	Apertura semplice	1	1	5	Apertura estremamente facile
4	Capacità di preservare la caratteristiche e le prestazioni anche nelle fasi di trasporto e immagazzinamento	P4	4	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo
5	Presenza del simbolo/dicitura LATEX FREE e DEHP FREE	P5	4	1	1	4	Diciture presenti	1	1	4	Diciture presenti	1	1	4	Diciture presenti	1	1	4	Diciture presenti
6	Numero di pezzi contenuti in ogni confezione (a minor numero di pezzo corrisponderà punteggio proporzionalmente superiore)	P6	4			1,14	350			2	200			1,14	350			0,8	500
7	Messa a disposizione di specialist per la risoluzione di problematiche correlate all'uso di dispositivi	P7	3	0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità	1	1	3		0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità	0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità
			70			36,49		1	1	68				47,49				47,9	

	CARATTERISTICHE			CHEMIL				CODISAN				FARMAC ZABBAN				KLINICOM			
				Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note
1	Praticità del dispositivo, semplicità d'uso indeformabilità	P1	15	0,85	0,85	12,75	Dispositivo pratico con buona risposta alla indeformabilità	1	1	15	Dispositivo pratico con ottima risposta alla indeformabilità	0,85	0,85	12,75	Dispositivo pratico con buona risposta alla indeformabilità	0,85	0,85	12,75	Dispositivo pratico con buona risposta alla indeformabilità
2	Affidabilità del sistema di flusso (tenuta ed ergonomicità) capacità di perforazione dello spike e modalità di protezione in fase di smaltimento	P2	35	0,55	0,55	19,25	Adeguata affidabilità con buona capacità di perforazione ma scarsa ergonomicità	1	1	35	Ottima affidabilità	0,55	0,55	19,25	Adeguata affidabilità con buona capacità di perforazione ma scarsa ergonomicità	0,55	0,55	19,25	Adeguata affidabilità con buona capacità di perforazione ma scarsa ergonomicità
3	Trasparenza per l'immediata identificazione del dispositivo, facilità di apertura e possibilità di prelievo con tecnica asettica	P3	5	0,85	0,85	4,25	Apertura semplice	1	1	5	Apertura estremamente facile	0,85	0,85	4,25	Apertura semplice	0,85	0,85	4,25	Apertura semplice
4	Capacità di preservare la caratteristiche e le prestazioni anche nelle fasi di trasporto e immagazzinamento	P4	4	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo
5	Presenza del simbolo/dicitura LATEX FREE e DEHP FREE	P5	4	1	1	4	Diciture presenti	1	1	4	Diciture presenti	0,3	0,3	1,2	Indicato in confezione solo il DEHP FREE. Altra indicazione in scheda tecnica	1	1	4	Diciture presenti
6	Numero di pezzi contenuti in ogni confezione (a minor numero di pezzo corrisponderà punteggio proporzionalmente superiore)	P6	4			1,66	250			0,8	500			0,8	500	1	1	4	100
7	Messa a disposizione di specialist per la risoluzione di problematiche correlate all'uso di dispositivi	P7	3	0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità	1	1	3	Ottimo	0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità	0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità
			70			48,01				66,8				44,35				50,35	

Lotto 3

	CARATTERISTICHE			MACROFARM				MULTIMEDICAL				NACATUR				SP MED			
				Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note
1	Praticità del dispositivo, semplicità d'uso indeformabilità	P1	15	1	1	15	Dispositivo pratico con ottima risposta alla indeformabilità	0,55	0,55	8,25	Risposta alla indeformabilità adeguata.	0,85	0,85	12,75	Dispositivo pratico con buona risposta alla indeformabilità	1	1	15	Dispositivo pratico con ottima risposta alla indeformabilità
2	Affidabilità del sistema di flusso (tenuta ed ergonomicità) capacità di perforazione dello spike e modalità di protezione in fase di smaltimento	P2	35	1	1	35	Ottima affidabilità	0,55	0,55	19,25	Adeguata affidabilità con buona capacità di perforazione ma scarsa ergonomicità	0,55	0,55	19,25	Adeguata affidabilità con buona capacità di perforazione ma scarsa ergonomicità	1	1	35	Ottima affidabilità
3	Trasparenza per l'immediata identificazione del dispositivo, facilità di apertura e possibilità di prelievo con tecnica asettica	P3	5	0,85	0,85	4,25	Apertura semplice	0,3	0,3	1,5	Difficoltà apertura confezione	0,85	0,85	4,25	Apertura semplice	0,85	0,85	4,25	Apertura semplice
4	Capacità di preservare la caratteristiche e le prestazioni anche nelle fasi di trasporto e immagazzinamento	P4	4	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo
5	Presenza del simbolo/dicitura LATEX FREE e DEHP FREE	P5	4	1	1	4	Diciture presenti	0,3	0,3	1,2	Indicato in confezione solo il LATEX FREE. Presenta ftalati	1	1	4	Diciture presenti	0,3	0,3	1,2	Indicato in confezione solo il LATEX FREE. Altra indicazione in scheda tecnica
6	Numero di pezzi contenuti in ogni confezione (a minor numero di pezzo corrisponderà punteggio proporzionalmente superiore)	P6	4			2,66	150			1,14	350			0,8	500			1	400
7	Messa a disposizione di specialist per la risoluzione di problematiche correlate all'uso di dispositivi	P7	3	1	1	3	Ottimo	0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità	0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità	1	1	3	Ottimo
			70			67,91				37,44				47,15				63,45	

Il Presidente
Dott. Francesco Fagotti

Componente
Sig. Massimo Giovannoni

Componente
Sig. Fabio Calderini

Il Segretario verbalizzante
Dott. Mauro Mancini

facile

	CARATTERISTICHE			ARIES				BBRAUN				BECTON DICKINSON				BENEFIS			
				Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note
1	Praticità del dispositivo, semplicità d'uso indeformabilità	P1	15	0,85	0,85	12,75	Dispositivo pratico con buona risposta alla indeformabilità	1	1	15	Dispositivo pratico con ottima risposta alla indeformabilità			0		0,85	0,85	12,75	Dispositivo pratico con buona risposta alla indeformabilità
2	Affidabilità del sistema di flusso (tenuta ed ergonomicità) capacità di perforazione dello spike e modalità di protezione in fase di smaltimento	P2	35	0,55	0,55	19,25	Sistema di protezione poco efficace	1	1	35	Ottima affidabilità			0		0,3	0,3	10,5	Il filtro impedisce il riutilizzo del deflussore, sistema di protezione poco efficace
3	Trasparenza per l'immediata identificazione del dispositivo, facilità di apertura e possibilità di prelievo con tecnica asettica	P3	5	0,85	0,85	4,25	Apertura semplice	1	1	5	Apertura estremamente facile			0		0,85	0,85	4,25	Apertura semplice
4	Capacità di preservare la caratteristiche e le prestazioni anche nelle fasi di trasporto e immagazzinamento	P4	4	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo			0	Escluso per mancanza doppia via integrata come richiesto nel capitolato	1	1	4	Ottimo
5	Presenza del simbolo/dicitura LATEX FREE e DEHP FREE	P5	4	0	0	0	Diciture non presenti in confezione ma solo in scheda tecnica	1	1	4	Diciture presenti			0		1	1	4	Diciture presenti
6	Numero di pezzi contenuti in ogni confezione (a minor numero di pezzo corrisponderà punteggio proporzionalmente superiore)	P6	4			1,66	250	1	1	4	100							2	200
7	Messa a disposizione di specialist per la risoluzione di problematiche correlate all'uso di dispositivi	P7	3	0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità	1	1	3	Ottimo			0		0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità
			70			44,01				70				0				39,6	

	CARATTERISTICHE			CODAN				FRESENIUS				KLINICOM			
				Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note
1	Praticità del dispositivo, semplicità d'uso indeformabilità	P1	15			0				0				0	
2	Affidabilità del sistema di flusso (tenuta ed ergonomicità) capacità di perforazione dello spike e modalità di protezione in fase di smaltimento	P2	35			0				0				0	
3	Trasparenza per l'immediata identificazione del dispositivo, facilità di apertura e possibilità di prelievo con tecnica asettica	P3	5			0				0				0	
4	Capacità di preservare la caratteristiche e le prestazioni anche nelle fasi di trasporto e immagazzinamento	P4	4			0	Escluso per mancanza doppia via integrata come richiesto nel capitolato			0	Escluso per mancanza doppia via integrata come richiesto nel capitolato			0	Escluso per mancanza doppia via integrata come richiesto nel capitolato
5	Presenza del simbolo/dicitura LATEX FREE e DEHP FREE	P5	4			0				0				0	
6	Numero di pezzi contenuti in ogni confezione (a minor numero di pezzo corrisponderà punteggio proporzionalmente superiore)	P6	4			0				0				0	
7	Messa a disposizione di specialist per la risoluzione di problematiche correlate all'uso di dispositivi	P7	3			0				0				0	
			70			0				0				0	

Il Presidente
Dott. Francesco Fagotti

Componente
Sig. Massimo Giovannoni

Componente
Sig. Fabio Calderini

Il Segretario verbalizzante
Dott. Mauro Mancini

	CARATTERISTICHE			ARIES				BECTON DICKINSON				BENEFIS				BERTONI NELLO			
				Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note
1	Praticità del dispositivo, semplicità d'uso indeformabilità	P1	15	0,85	0,85	12,75	Dispositivo pratico con buona risposta alla indeformabilità	0,55	0,55	8,25	Risposta alla indeformabilità adeguata.	0,85	0,85	12,75	Dispositivo pratico con buona risposta alla indeformabilità	0	0	0	Il dispositivo deformato non riprende la forma originale.
2	Affidabilità del sistema di flusso (tenuta ed ergonomicità) capacità di perforazione dello spike e modalità di protezione in fase di smaltimento	P2	35	1	1	35	Ottima affidabilità	0,55	0,55	19,25	Adeguata affidabiltà con buona ergonomicità ma scarsa capacità di perforazione	1	1	35	Ottima affidabilità	0,55	0,55	19,25	Adeguata affidabilità con buona ergonomicità ma scarsa capacità di perforazione
3	Trasparenza per l'immediata identificazione del dispositivo, facilità di apertura e possibilità di prelievo con tecnica asettica	P3	5	0,85	0,85	4,25	Apertura semplice	1	1	5	Apertura estremamente facile	0,85	0,85	4,25	Apertura semplice	1	1	5	Apertura estremamente facile
4	Capacità di preservare la caratteristiche e le prestazioni anche nelle fasi di trasporto e immagazzinamento	P4	4	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo
5	Presenza del simbolo/dicitura LATEX FREE e DEHP FREE	P5	4	1	1	4	Diciture presenti	0,3	0,3	1,2	Indicato in confezione solo il DEHP FREE. Altra indicazione in scheda tecnica	1	1	4	Diciture presenti	1	1	4	Diciture presenti
6	Numero di pezzi contenuti in ogni confezione (a minor numero di pezzo corrisponderà punteggio proporzionalmente superiore)	P6	4			2,66	150			4	100			2	200			2	200
7	Messa a disposizione di specialist per la risoluzione di problematiche correlate all'uso di dispositivi	P7	3	0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità	1	1	3	Ottimo	0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità	0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità
			70			64,76				44,7				64,1				36,35	

	CARATTERISTICHE			CAIR				EUROSPITAL				KLINICOM				MACROPHARM			
				Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note
1	Praticità del dispositivo, semplicità d'uso indeformabilità	P1	15	0,55	0,55	8,25	Risposta alla indeformabilità adeguata.	0,55	0,55	8,25	Risposta alla indeformabilità adeguata.	0,55	0,55	8,25	Risposta alla indeformabilità adeguata.	0,85	0,85	12,75	Dispositivo pratico con buona risposta alla indeformabilità
2	Affidabilità del sistema di flusso (tenuta ed ergonomicità) capacità di perforazione dello spike e modalità di protezione in fase di smaltimento	P2	35	0,55	0,55	19,25	Adeguata affidabilità con buona ergonomicità ma scarsa capacità di perforazione	0,55	0,55	19,25	Adeguata affidabilità con buona ergonomicità ma scarsa capacità di perforazione	0,55	0,55	19,25	Adeguata affidabilità con buona ergonomicità ma scarsa capacità di perforazione	3	0,3	10,5	Mancanza del filtro
3	Trasparenza per l'immediata identificazione del dispositivo, facilità di apertura e possibilità di prelievo con tecnica asettica	P3	5	0,85	0,85	4,25	Apertura semplice	0,85	0,85	4,25	Apertura semplice	0,85	0,85	4,25	Apertura semplice	0,85	0,85	4,25	Apertura semplice
4	Capacità di preservare la caratteristiche e le prestazioni anche nelle fasi di trasporto e immagazzinamento	P4	4	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo
5	Presenza del simbolo/dicitura LATEX FREE e DEHP FREE	P5	4	0,3	0,3	1,2	Indicato in confezione solo il DEHP FREE. Altra indicazione in scheda tecnica	1	1	4	Diciture presenti	1	1	4	Diciture presenti	1	1	4	Diciture presenti
6	Numero di pezzi contenuti in ogni confezione (a minor numero di pezzo corrisponderà punteggio proporzionalmente superiore)	P6	4			4	100			4	100			2,66	150			2,66	150
7	Messa a disposizione di specialist per la risoluzione di problematiche correlate all'uso di dispositivi	P7	3	0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità	0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità	0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità	1	1	3	Ottimo
			70			43,05				45,85				44,51				41,16	

	CARATTERISTICHE			MULTIMEDICAL				NACATUR				PROMED				SP MED			
				Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note
1	Praticità del dispositivo, semplicità d'uso indeformabilità	P1	15			0	Escluso in quanto contiene Ftalati	0,55	0,55	8,25	Risposta alla indeformabilità adeguata.	1	1	15	Dispositivo pratico con ottima risposta alla indeformabilità	0,55	0,55	8,25	Risposta alla indeformabilità adeguata.
2	Affidabilità del sistema di flusso (tenuta ed ergonomicità) capacità di perforazione dello spike e modalità di protezione in fase di smaltimento	P2	35			0		0,55	0,55	19,25	Adeguata affidabilità con buona ergonomicità ma scarsa capacità di perforazione	1	1	35	Ottima affidabilità	0,55	0,55	19,25	Adeguata affidabilità con buona ergonomicità ma scarsa capacità di perforazione
3	Trasparenza per l'immediata identificazione del dispositivo, facilità di apertura e possibilità di prelievo con tecnica asettica	P3	5			0		1	1	5	Apertura estremamente facile	1	1	5	Apertura estremamente facile	0,85	0,85	4,25	Apertura semplice
4	Capacità di preservare la caratteristiche e le prestazioni anche nelle fasi di trasporto e immagazzinamento	P4	4			0		1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo
5	Presenza del simbolo/dicitura LATEX FREE e DEHP FREE	P5	4			0		1	1	4	Diciture presenti	0,3	0,3	1,2	Indicato in confezione solo il LATEX FREE. Altra indicazione in scheda tecnica	1	1	4	Diciture presenti
6	Numero di pezzi contenuti in ogni confezione (a minor numero di pezzo corrisponderà punteggio proporzionalmente superiore)	P6	4							1	400			4	100			1,66	240
7	Messa a disposizione di specialist per la risoluzione di problematiche correlate all'uso di dispositivi	P7	3			0		0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità	0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità	1	1	3	Ottimo
			70			0				43,6				66,3				44,41	

Il Presidente
Dott. Francesco Fagotti

Componente
Sig. Massimo Giovannoni

Componente
Sig. Fabio Calderini

Il Segretario verbalizzante
Dott. Mauro Mancini

	CARATTERISTICHE			ARIES				BECTON DICKINSON				BERTONI NELLO				KLINICOM			
				Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note
1	Praticità del dispositivo, semplicità d'uso indeformabilità	P1	15	1	1	15	Dispositivo pratico con ottima risposta alla indeformabilità	1	1	15	Dispositivo pratico con ottima risposta alla indeformabilità	1	1	15	Dispositivo pratico con ottima risposta alla indeformabilità	1	1	15	Dispositivo pratico con ottima risposta alla indeformabilità
2	Affidabilità del sistema antisvuotamento, affidabilità del sistema di antigocciolamento, affidabilità della rotella di regolazione del flusso (tenuta, dimensioni ed ergonomicità) capacità di perforazione dello spike e modalità di protezione in fase di smaltimento	P2	35	0,85	0,85	29,75	Buona ergonomicità generale del dispositivo, buona capacità di perforazione	0,55	0,55	19,25	Camera di gocciolamento piccola	0,55	0,55	19,25	Connettore di scarsa portata e piccolo flusso	1	1	35	Ottima affidabilità
3	Trasparenza per l'immediata identificazione del dispositivo, facilità di apertura e possibilità di prelievo con tecnica asettica	P3	5	0,85	0,85	4,25	Apertura semplice	1	1	5	Apertura estremamente facile	1	1	5	Apertura estremamente facile	1	1	5	Apertura estremamente facile
4	Capacità di preservare la caratteristiche e le prestazioni anche nelle fasi di trasporto e immagazzinamento	P4	4	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo
5	Presenza del simbolo/dicitura LATEX FREE e DEHP FREE	P5	4	1	1	4	Diciture presenti	1	1	4	Diciture presenti	0,3	0,3	1,2	Indicato in confezione solo il LATEX FREE. Presenta ftalati	1	1	4	Diciture presenti
6	Numero di pezzi contenuti in ogni confezione (a minor numero di pezzo corrisponderà punteggio proporzionalmente superiore)	P6	4			3	40			2,4	50			2,4	50			0,8	150
7	Messa a disposizione di specialist per la risoluzione di problematiche correlate all'uso di dispositivi	P7	3	0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità	1	1	3	Ottimo	0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità	0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità
			70			62,1		1	1	52,65				48,95				65,9	

	CARATTERISTICHE			MACROFARM				MULTIMEDICAL				PROMED				SP MED			
				Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note	Coefficiente Attribuito	Coefficiente Definitivo	Punti	Note
1	Praticità del dispositivo, semplicità d'uso indeformabilità	P1	15	1	1	15	Dispositivo pratico con ottima risposta alla indeformabilità	1	1	15	Dispositivo pratico con ottima risposta alla indeformabilità	1	1	15	Dispositivo pratico con ottima risposta alla indeformabilità	1	1	15	Dispositivo pratico con ottima risposta alla indeformabilità
2	Affidabilità del sistema antisvuotamento, affidabilità del sistema di antigocciolamento, affidabilità della rotella di regolazione del flusso (tenuta, dimensioni ed ergonomicità) capacità di perforazione dello spike e modalità di protezione in fase di smaltimento	P2	35	0,85	0,85	29,75	Buona ergonomicità generale del dispositivo, buona capacità di perforazione	0,85	0,85	29,75	Buona ergonomicità generale del dispositivo, buona capacità di perforazione	0,85	0,85	29,75	Buona ergonomicità generale del dispositivo, buona capacità di perforazione	1	1	35	Ottima affidabilità
3	Trasparenza per l'immediata identificazione del dispositivo, facilità di apertura e possibilità di prelievo con tecnica asettica	P3	5	0,85	0,85	4,25	Apertura semplice	0,85	0,85	4,25	Apertura semplice	0,85	0,85	4,25	Apertura semplice	1	1	5	Apertura estremamente facile
4	Capacità di preservare la caratteristiche e le prestazioni anche nelle fasi di trasporto e immagazzinamento	P4	4	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo	1	1	4	Ottimo
5	Presenza del simbolo/dicitura LATEX FREE e DEHP FREE	P5	4	0,3	0,3	1,2	Indicato in confezione solo il LATEX FREE. Presenta ftalati	0,3	0,3	1,2	Indicato in confezione solo il LATEX FREE. Presenta ftalati	1	1	4	Diciture presenti	0,3	0,3	1,2	DEHP free dichiarato in scheda tecnica, ma sulla confezione simbolo DEHP presente. Incongruenza.
6	Numero di pezzi contenuti in ogni confezione (a minor numero di pezzo corrisponderà punteggio proporzionalmente superiore)	P6	4			4	30			3	40			2,4	50			3	40
7	Messa a disposizione di specialist per la risoluzione di problematiche correlate all'uso di dispositivi	P7	3	1	1	3	Ottimo	0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità	0,7	0,7	2,1	Discreta disponibilità	1	1	3	Ottimo
			70			61,2				59,3				61,5				66,2	

Il Presidente
Dott. Francesco Fagioli

Componente
Sig. Massimo Giovannoni

Componente
Sig. Fabio Calderini

Il Segretario verbalizzante
Dott. Mauro Mandini

ALLEGATO 4

USLUmbria1

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.aslumbria1.it

Area Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

VERBALE N. 4
(QUARTA SEDUTA PUBBLICA DI GARA)

Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del d.l.gs n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di deflussori

Comunicazione esiti offerte anomale

PREMESSO

Che con Delibere del Direttore Generale n°1687 del 19/12/2017 e n. 994 del 26.07.2018, veniva indetta procedura di gara ristretta, suddivisa in n. 6 lotti, per l'affidamento di deflussori, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 6 del D.Lgs. 50/2016, per la durata di mesi 48 con opzione di rinnovo annuale ed eventuale proroga tecnica di sei mesi alla scadenza del termine contrattuale, con importo complessivo annuale di € 200.750,00 iva esclusa ed importo quadriennale pari ad € 803.000,00 iva esclusa, con oneri derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari a zero, del valore massimo comprensivo del rinnovo annuale e dei sei mesi di proroga tecnica pari ad € 1.104.725,00 iva esclusa.

Che, in data 14.03.2019, come risulta da Verbale di gara n. 3 agli atti di ufficio, si è tenuta la terza seduta pubblica di gara, durante la quale sono state aperte le offerte economiche e si è provveduto a stilare le graduatorie di merito dei lotti di gara, a seguito delle quali sono risultate sospette di anomalia le seguenti offerte:

Lotto n.1 "Deflussori a gravità per nutrizione enterale"

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
NESTLE'	**67,85**	**€ 130.000,00**	**27,46**	**95,31**

Lotto n.3 "Deflussori standard a gravità attacco LUER-LOCK"

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
CODISAN	**68,76**	**€ 19.400,00**	**29,23**	**97,99**

Lotto n.6 "Deflussori urologici a due vie"

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
KLINICOM	**67,84**	**€ 7.840,00**	**30**	**97,84**

Area Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

Che, con note prot. 49139, 49210 e 49245 del 15/03/2019, il RUP ha provveduto a richiedere alle suddette ditte, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso a formare le offerte proposte, al fine di valutare la congruità delle offerte medesime.

TUTTO CIO' PREMESSO

In questo giorno 03.04.2019 alle ore 10.00 alle ore 10.00 negli uffici della U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi presso il Presidio Ospedaliero di Città di Castello, il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Caterina Gaudenzi Fiorucci, assistita dal dott. Mauro Mancini e dalla dott.ssa Barbara Teobaldelli in qualità di testimoni, in servizio presso la stessa U.O.C., in seduta pubblica, procede a comunicare gli esiti di verifica delle offerte sospettate di anomalia, già riportate nelle premesse.

Il RUP prende atto che nessuna delle ditte concorrenti, invitate con nota PEC n. 57360 del 27.03.2019, risulta presente.

Il RUP da quindi atto della redazione di un apposito verbale in merito alle giustificazioni prodotte dalle ditte Nestlè Italiana Spa, Codisan Spa e Klinicom Srl, il quale verrà allegato in copia al verbale della seduta odierna (Allegato A di n. 3 pagine), dal quale si evince che le offerte sospettate di anomalia debbano essere ritenute giustificate, congrue e convenienti.

Il RUP, a seguito di quanto sopra e al fine di predisporre l'adozione della Delibera di aggiudicazione da parte del Direttore Generale, dispone quindi la proposta di aggiudicazione per tutti i lotti di gara, compresi i lotti per i quali si è proceduto alla verifica del sospetto dell'anomalia dell'offerta, come di seguito riportato:

Lotto n.1 "Deflussori a gravità per nutrizione enterale"

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
NESTLE'	**67,85**	**€ 130.000,00**	**27,46**	**95,31**

Lotto n.2 "Deflussori standard a gravità attacco LUER"

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
SP MED	**70**	**€ 176.000,00**	**14,05**	**84,05**

Area Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

Lotto n.3 "Deflussori standard a gravità attacco LUER-LOCK"

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
CODISAN	**68,76**	**€ 19.400,00**	**29,23**	**97,99**

Lotto n.4 "Deflussori a gravità di precisione antisgocciolamento e antisvuotamento"

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
BBRAUN	**70**	**€ 140.000,00**	**16,71**	**86,71**

Lotto n.5 "Deflussori regolatori di flusso per somministrazione controllata di soluzioni infusionali (macro e micro)"

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
PROMED MB	**70**	**€ 144.970,00**	**17,14**	**87,14**

Lotto n.6 "Deflussori urologici a due vie"

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
KLINICOM	**67,84**	**€ 7.840,00**	**30**	**97,84**

Tutta la documentazione viene quindi riposta in idoneo armadio chiuso a chiave all'interno degli Uffici della U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi presso il Presidio Ospedaliero di Città di Castello.

I lavori terminano alle ore 10.30 del giorno 03.04.2019.

Il presente verbale, che si compone di n. 3 pagine, previa lettura, viene confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Caterina Gaudenzi Fiorucci

I Testimoni

Dott. Mauro Mancini

Dott.ssa Barbara Teobaldelli

USLUmbria1

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.aslumbria1.it

Area Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del d.l.gs n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di deflussori

VERBALE DI VERIFICA OFFERTE ANOMALE

Il giorno 27 Marzo 2019, alle ore 10.00 negli uffici della U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi presso il Presidio Ospedaliero di Città di Castello, il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Caterina Gaudenzi Fiorucci, assistita dal dott. Mauro Mancini in qualità di testimone, in servizio presso la stessa U.O.C., procede d'ufficio alla verifica delle offerte risultate sospette di anomalia in quanto risultate prime nella graduatoria di merito della seduta pubblica del 14.03.2019:

Lotto n.1 "Deflussori a gravità per nutrizione enterale"

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
NESTLE'	**67,85**	**€ 130.000,00**	**27,46**	**95,31**

Lotto n.3 "Deflussori standard a gravità attacco LUER-LOCK"

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
CODISAN	**68,76**	**€ 19.400,00**	**29,23**	**97,99**

Lotto n.6 "Deflussori urologici a due vie"

Ditta	Punteggio Tecnico 70/100	Offerta Economica iva esclusa	Punteggio Economico 30/100	Punteggio totale
KLINICOM	**67,84**	**€ 7.840,00**	**30**	**97,84**

Pertanto, con note prot. 49139, 49210 e 49245 del 15/03/2019, il RUP ha provveduto a richiedere alle suddette ditte, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso a formare le offerte proposte, al fine di valutare la congruità delle offerte medesime.

TENUTO CONTO

- Che ai sensi di legge e di disciplina di gara il giudizio di giustificabilità o meno dell'anomalia stessa è di competenza del RUP,
- Che la stazione appaltante, ove non ritenga sufficienti le giustificazioni prodotte, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti, attribuendo 5 giorni per presentare per iscritto le precisazioni richieste
- Che nel caso di specie, la documentazione presentata dalle ditte risultate prime in graduatoria, è stata presentata nei termini previsti

USLUmbria1

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.aslumbria1.it

Area Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

RITENUTO ALTRESI'

Che il principio del sospetto di anomalia dell'offerta economica eccessivamente ribassata è stato introdotto affinché le ditte aggiudicatarie non spingessero le loro offerte oltre il limite del possibile, anche in danno alla loro stessa sopravvivenza economica e sulla quale l'Amministrazione aggiudicante non può consentire, quanto meno come presupposto di probabili interruzioni dei servizi o forniture, con allungamento dei tempi di esecuzione, maggiori costi ed esposizione a rischi per operatori ed utenti;

Vista la documentazione di gara ed i verbali sia delle sedute pubbliche che delle riservate, atti ai quali integralmente si rinvia;

Alla luce di quanto sopra si inizia la

Verifica

Delle sospette anomalie, che verrà esercitata sugli aspetti elencati ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione da quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si procede alla verifica della documentazione prodotta nei termini richiesti dalle ditte sopra citate, le quali hanno presentato le seguenti giustificazioni:

Lotti n.1 Ditta Nestlè Italiana Spa – giustificazione assunta con protocollo aziendale n.53770 del 25.03.2019. La ditta dichiara che:

- La sua produzione è centralizzata in un'unica fabbrica altamente specializzata con un'alta produttività che soddisfa le esigenze di tutti i mercati europei. Questo tipo di organizzazione permette di ottenere economie sul processo produttivo a vantaggio del costo unitario del dispositivo.
- La dimensione e l'organizzazione di Nestlé Italiana S.p.A. permette di mantenere l'incidenza dei costi generali per unità di prodotto in valori sicuramente concorrenziali.
- La distribuzione dei dispositivi medici per nutrizione clinica è favorita dal poter utilizzare un'organizzazione logistica che serve per tutti i prodotti a marchio Nestlé. I notevoli volumi delle merci consegnate alla clientela favoriscono il contenimento dei costi di distribuzione.

Lotto n.3 Ditta Codisa Spa – giustificazione assunta con protocollo aziendale n. 51105 del 19.03.2019

La ditta elenca le voci che hanno concorso alla formazione dell'importo della fornitura:

Voci di prezzo:	Costo o percentuale
Costi prodotti offerti	65 %

USLUmbria1

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.aslumbria1.it

Area Beni e Servizi- Città di Castello
Via Luigi Angelini,10 – Città di Castello
Tel. 8509526/7 Fax 0758509254

Trasporti/Spedizioni	4 %
Costo del lavoro	6 %
Altri costi	4 %
Utili di impresa	21 %

Lotto n.6 Ditta Klinicom Srl – giustificazione assunta con protocollo aziendale n. 51200 del 19.03.2019. La ditta dichiara che:

- gli articoli offerti sono prodotti della società Comitek Srl di cui la stessa ditta è socio di maggioranza, la quale offre condizioni economiche particolarmente vantaggiose sfruttando avanzati e certificati processi produttivi.
- condizioni di approvvigionamento particolarmente favorevoli, grazie all'acquisto di elevati quantitativi prodotti, già forniti dalla stessa ditta ad altre Aziende Ospedaliere.
- Solida situazione patrimoniale, favorita dal possesso di mezzi e magazzini di proprietà che contribuiscono all'abbattimento dei costi di stoccaggio e trasporto.

Complessivamente le giustificazioni fornite sono risultate esaurienti e per quanto sopra detto

conclusioni

si ritiene che le offerte sopra citate, sospette di anomalia, debbano essere ritenute giustificate, congrue e convenienti; pertanto si confermano le graduatorie di merito così come dichiarate nella seduta pubblica del 14/03/2019 e come indicate nelle premesse.
Si da atto che le operazioni di verifica delle anomalie sono iniziate il 15/03/2019 e concluse il giorno 27/03/2019 e pertanto il Responsabile Unico del Procedimento dispone di acquisire agli atti dell'Azienda Usl il presente verbale e di convocare le ditte in seduta pubblica per dare riscontro dell'attività di verifica effettuata e dichiarare la proposta di aggiudicazione in favore delle offerte sopra riportate, così come previsto dall'art. 10 "Modalità e svolgimento della gara" della lettera di invito alla gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Caterina Gaudenzi Fiorucci

Il testimone

dott. Mauro Mancini

ALLEGATO "A"

NESTLE' ITALIANA S.p.A.
Via del Mulino, 6
20090 ASSAGO (MI)
Partita IVA n. 00777280157
Cod. Fisc. n. 02401440157

USLUmbria1

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.aslumbria1.it

U.O. Acquisizione Beni e Servizi
Via Guerra 21 – 06017 Perugia

13 SET. 2018

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00002744 000075DB W1ABC001
00003036 23/07/2018 09:15:38
4578-00010 E42F83B4673D3CB8
IDENTIFICATIVO : 01170256541542
0 1 17 025654 154 2

13 SET. 2018

Allegato D

Fac simile offerta economica Lotto n.1 – Allegato D

Il sottoscritto **_Luca Zafferani_____** nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta **_Nestlé Italiana Spa_____** con sede legale in **_Assago_____**, via **_Del Mulino, 6_____**, C.F./P. Iva **_02401440157/ 00777280157_____**, in relazione alla procedura aperta per la fornitura di *deflussori*.
In nome e per conto della Ditta da lui rappresentata, si impegna ad eseguire la fornitura di che trattasi alle seguenti condizioni economiche:

13 SET. 2018

NESTLE' ITALIANA S.p.A.
Luca Zafferani
Procuratore

NESTLE' ITALIANA S.p.A.
Via del Mulino, 6
20090 ASSAGO (MI)
Partita IVA n. 00777280157
Cod. Fisc. n. 02401440157

LOTTO N° 1 – Deflussori a gravità per nutrizione enterale - CIG 7391496774

Importo complessivo quadriennale a base d'asta € 180.000,00 Iva esclusa

Rif.	Descrizione	Quantità per 48 mesi	Nome comm.le del dispositivo	Cod. REF	Nome e codice produttore se diverso dal fornitore	Tipo conf.to	Numero identificativo di iscrizione al Rep. del D.M. 20/02/2007 se il prodotto rientra nella Direttiva 93/42/CEE	Codice CND	Prezzo a conf. offerto (iva esclusa)	Prezzo a singolo dispositivo
1	Deflussori a gravità per nutrizione enterale	100.000	SET UNIVERSALE A GRAVITA' ENFit	12267300		Cartone 30 pezzi	1353167	A030404	€ 39,00	€ 1,30

Importo complessivo quadriennale offerto per il lotto n° 1 Iva esclusa = € _130.000,00_____ **% di ribasso =__27,78___**

I prezzi si riconoscono remunerativi e compensativi anche a copertura degli oneri di sicurezza.

I costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 son pari ad € _€ 242.739,00 (si prenda inoltre visione della dichiarazione allegata)_____

Data 13 SET. 2018

Timbro e firma del Legale rappresentante

NESTLE' ITALIANA S.p.A.
Luca Zafferani
Procuratore

USLUmbria1

U.O. Acquisizione Beni e Servizi
Via Guerra 21 – 06017 Perugia

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00015113 00006896 WDEK4001
00248972 19/09/2018 09:00:14
4578-00088 AD643F7A861262AA
IDENTIFICATIVO : 01170944660193
0 1 17 094466 019 3

Allegato D

Fac simile offerta economica Lotto n.2 – Allegato D

Il sottoscritto __CORRADO PICCIURRO____ nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta _SP MED SRL____ con sede legale in __ROMA_____, viale DELLE MILIZIE, 38_____, C.F./P. Iva _05626031008_____, in relazione alla procedura aperta per la fornitura di *deflussori*.
In nome e per conto della Ditta da lui rappresentata, si impegna ad eseguire la fornitura di che trattasi alle seguenti condizioni economiche:

SP. MED. S.r.l.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Corrado Picciurro

LOTTO N° 2 – Deflussori standard a gravità attacco LUER - CIG 739150185D

Importo complessivo quadriennale a base d'asta € 240.000,00 Iva esclusa

Rif.	Descrizione	Quantità per 48 mesi	Nome comm.le del dispositivo	Cod. REF	Nome e codice produttore se diverso dal fornitore	Tipo conf.to	Numero identificativo di iscrizione al Rep. del D.M. 20/02/2007 se il prodotto rientra nella Direttiva 93/42/CEE	Codice CND	Prezzo a conf. offerto (iva esclusa)	Prezzo a singolo dispositivo
1	Deflussori standard a gravità attacco LUER	800.000	DEFLUSSORE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI SOLUZIONI INFUSIONALI	**B**	ELIMED SRL	400 pz	1340314/R	A03010101	€. 88,00	€. 0,22

Importo complessivo quadriennale offerto per il lotto n° 2 Iva esclusa = € 176.000,00 | **% di ribasso = 26,67**

I prezzi si riconoscono remunerativi e compensativi anche a copertura degli oneri di sicurezza.

I costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 son pari ad € 880,00

Data 11 settembre 2018

Timbro e firma del Legale rappresentante

SP. MED. S.r.l.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Corrado Picciuto

USLUmbria1

U.O. Acquisizione Beni e Servizi
Via Guerra 21 – 06017 Perugia

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.aslumbria1.it

24 SET

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00018117 00008204 W0DT4001
00056666 11/04/2018 09:05:15
4578-00088 AEFBZ71750E6FE2C
IDENTIFICATIVO : 01161952065381
0 1 16 195206 538 1

Allegato D

Fac simile offerta economica Lotto n.3 – Allegato D

Il sottoscritto _____**Monteforte Roberto**_____ nella sua qualità di **Amministratore Unico e Legale Rappresentante** della Ditta __**CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione Sanitari S.p.A.**__ con sede legale in ___**Belpasso (CT)**_____, ~~via~~ ___**S.P. 3/III Via Pantano, 24 - C.da Valcorrente**___, C.F./P. Iva ____**00784230872**_____, in relazione alla procedura aperta per la fornitura di ***deflussori***.

In nome e per conto della Ditta da lui rappresentata, si impegna ad eseguire la fornitura di che trattasi alle seguenti condizioni economiche:

Belpasso (CT), 24 Settembre 2018

CO.DI.SAN. S.p.A.
L'Amministratore Unico

LOTTO N° 3 – Deflussori standard a gravità attacco LUER LOCK - CIG 7391515722

Importo complessivo quadriennale a base d'asta € 60.000,00 Iva esclusa

Rif.	Descrizione	Quantità per 48 mesi	Nome comm.le del dispositivo	Cod. REF	Nome e codice produttore se diverso dal fornitore	Tipo conf.to	Numero identificativo di iscrizione al Rep. del D.M. 20/02/2007 se il prodotto rientra nella Direttiva 93/42/CEE	Codice CND	Prezzo a conf. offerto (iva esclusa)	Prezzo a singolo dispositivo
1	Deflussori standard a gravità attacco luer lock	200.000	Set per infusione a 1 via Acusoft marca CODISAN	CODDF15002	///	Individuale: busta in PE Primario: 25 pezzi Secondario: 20 confezioni	1281692/R	A03010103	€ 2,425 (euro= due/425)	€ 0,097 (eurozero/ 097)

Importo complessivo quadriennale offerto per il lotto n° 3 Iva esclusa = € 19.400,00 (eurodiciannovemilaquattrocento/00)

% di ribasso = 67,67% (sessantasettevirgola= sessantasettepercento)

Belpasso (CT), 24 Settembre 2018

CO.DISAN. S.p.A.
L'Amministratore Unico

I prezzi si riconoscono remunerativi e compensativi anche a copertura degli oneri di sicurezza.

I costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 son pari ad € 194,00 (eurocentonovantaquattro/00), pari all'1% (unopercento) dell'importo complessivo della fornitura, rimanendo invariati i prezzi offerti.

Data ___**Belpasso (CT), 24 Settembre 2018**___

Timbro e firma del Legale rappresentante

CO.DI.SAN. S.p.A.
Roberto Monteforte
Amministratore Unico

USLUmbria1

U.O. Acquisizione Beni e Servizi
Via Guerra 21 – 06017 Perugia

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.aslumbria1.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00
00026485 00008284 W165K001
00007505 17/09/2018 11:31:15
4578-00088 AB5BA6488B037FF4
IDENTIFICATIVO : 01161033963754
0 1 16 103396 375 4

Allegato D

offerta economica Lotto n.4 – Allegato D

Il sottoscritto GIUSEPPE POTENZONI nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta B.BRAUN MILANO SPA con sede legale in MILANO, via VINCENZO DA SEREGNO NR. 14, C.F./P. Iva 00674840152, in relazione alla procedura aperta per la fornitura di *deflussori*.
In nome e per conto della Ditta da lui rappresentata, si impegna ad eseguire la fornitura di che trattasi alle seguenti condizioni economiche:

19 SET 2018

B. Braun Milano S.p.A.
Via Vincenzo da Seregno, 14 - 20161 Milano
C.F. - P. IVA 00674840152
Giuseppe Potenzoni
Procuratore

LOTTO N° 4 – Deflussori a gravità di precisione antisgocciolamento e antisvuotamento - CIG 7391519A6E

Importo complessivo quadriennale a base d'asta € 150.000,00 Iva esclusa

Rif.	Descrizione	Quantità per 48 mesi	Nome comm.le del dispositivo	Cod. REF	Nome e codice produttore se diverso dal fornitore	Tipo conf.to	Numero identificativo di iscrizione al Rep. del D.M. 20/02/2007 se il prodotto rientra nella Direttiva 93/42/CEE	Codice CND	Prezzo a conf. offerto (iva esclusa)	Prezzo a singolo dispositivo
1	Deflussori a gravità di precisione antisgocciolamento e antisvuotamento	200.000	INTRAFIX SAFESET I.S.LL,180CM	4063005		1 SCT - 100 PZ	340963/R	A03010101	€ 70,000	€ 0,7000

Importo complessivo quadriennale offerto per il lotto n° 4 Iva esclusa = € 140.000,00 | **% di ribasso = 6,667**

I prezzi si riconoscono remunerativi e compensativi anche a copertura degli oneri di sicurezza.

I costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 son pari ad **€ 282.858,29** (dato di Bilancio)
Ai fini della presente detti costi sono pari allo 0,22% dell'importo offerto sono pari ad **€ 308,00**

Data 19/09/2018

Timbro e firma del Legale rappresentante

B. Braun Milano S.p.A.
Via Vincenzo da Seregno, 14 - 20161 Milano
C.F. - P. IVA 00674840152
Giuseppe Potenzoni
Procuratore

USLUmbria1

U.O. Acquisizione Beni e Servizi
Via Guerra 21 – 06017 Perugia

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.aslumbria1.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00024014 00008315 W167F001
00003921 20/03/2018 09:53:50
4578-00088 847A65B35560C822
IDENTIFICATIVO : 01170140377898
0 1 17 014037 789 8

24 SET. 2018

Allegato D

Offerta economica Lotto n.5 – Allegato D

Il sottoscritto ___MARCO BELARDINELLI___ nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta __PROMED mb di Belardinelli Marco & Morini Nicoletta S.n.C.___ con sede legale in __06132 SAN SISTO (PG)__, via ___G.Rossini, 65/C___, C.F./P. Iva __01605910544__, in relazione alla procedura aperta per la fornitura di *deflussori*, in nome e per conto della Ditta da lui rappresentata, si impegna ad eseguire la fornitura di che trattasi alle seguenti condizioni economiche:

24 SET. 2018

PROMED mb S.n.C.
(l'amministratore)
Marco Belardinelli

LOTTO N° 5 – Deflussori regolatori di flusso per somministrazione controllata di soluzioni infusionali (macro e micro) - CIG 7391523DBA

Importo complessivo quadriennale a base d'asta € 158.000,00 Iva esclusa

Rif.	Descrizione	Quantità per 48 mesi	Nome comm.le del dispositivo	Cod. REF	Nome e codice produttore se diverso dal fornitore	Tipo conf.to	Numero identificativo di iscrizione al Rep. del D.M. 20/02/2007 se il prodotto rientra nella Direttiva 93/42/CEE	Codice CND	Prezzo a conf. offerto (iva esclusa)	Prezzo a singolo dispositivo (iva esclusa)
1	Deflussori regolatori di flusso per somministrazione controllata di soluzioni infusionali (macro)	200.000	DOSIKNOW macro	FL1 225 O	KNOWMEDICAL S.r.L.	Pz.100	18587	A030104	€ 71,70=	€ 0,717=
2	Deflussori regolatori di flusso per somministrazione controllata di soluzioni infusionali (micro)	2.000	DOSIKNOW micro	FL1 226 O	KNOWMEDICAL S.r.L.	Pz.100	18587	A030104	€ 78,50=	€ 0,785=

Importo complessivo quadriennale offerto per il lotto n° 5 Iva esclusa = € 144.970,00=(Centoquarantaquattromilanovecentosettantavirgolazerozero) **% di ribasso = 8,2468%**

I prezzi si riconoscono remunerativi e compensativi anche a copertura degli oneri di sicurezza.

I costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 son pari ad € 29,50=

Data __24/09/2018_____

Timbro e firma del Legale rappresentante

PROMED mb s.p.c.
(l'amministratore)
Marco Belardinelli

USLUmbria1

U.O. Acquisizione Beni e Servizi
Via Guerra 21 – 06017 Perugia

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.aslumbria1.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00020616 00006886 W032T001
00084206 10/09/2018 16:25:31
4578-00088 6E5C558DC8D929D5
IDENTIFICATIVO : 01171496554844
0 1 17 149655 484 4

Allegato D

Fac simile offerta economica Lotto n.6 – Allegato D

Il sottoscritto GOGGIOLI VINCENZO nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta KLINICOM SRL con sede legale in 48018 FAENZA (RA), via URBANIA N°7, C.F./P. Iva C.F. 02281990404 e P.IVA 02062120395, in relazione alla procedura aperta per la fornitura di *deflussori*.
In nome e per conto della Ditta da lui rappresentata, si impegna ad eseguire la fornitura di che trattasi alle seguenti condizioni economiche:

KLINICOM S.R.L.
LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO N° 6 – Deflussori urologici a due vie - CIG 7391531457

Importo complessivo quadriennale a base d'asta € 15.000,00 Iva esclusa

Rif.	Descrizione	Quantità per 48 mesi	Nome comm.le del dispositivo	Cod. REF	Nome e codice produttore se diverso dal fornitore	Tipo conf.to	Numero identificativo di iscrizione al Rep. del D.M. 20/02/2007 se il prodotto rientra nella Direttiva 93/42/CEE	Codice CND	Prezzo a conf. offerto (iva esclusa)	Prezzo a singolo dispositivo
1	Deflussori urologici a due vie	8.000	Deflussore per irrigazione urologica con due perforatori sospesi roller, con connettore universale per catetere	**IUD2 200 DOR**	COMITEK SRL	150	1531994/ R	A03010101	€ 147,00	**€ 0,980**
Importo complessivo quadriennale offerto per il lotto n° 6 Iva esclusa = € 7.840,000								**% di ribasso = 47,73 %**		

I prezzi si riconoscono remunerativi e compensativi anche a copertura degli oneri di sicurezza.

I costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 son pari ad € 10

Data Faenza, 21/09/2018

Timbro e firma del Legale rappresentante

KLINICOM S.R.L.
Via Urbania 7
48018 FAENZA (RA)
P.IVA: 02062120395
C.F.: 02281990404