

La seguente previsione prevista a pagina 2 delle condizioni di fornitura:

*Gli elettrodi devono essere confezionati in buste (confezione primaria) di massimo 100 elettrodi, adatte all'isolamento termico e preservare l'integrità del prodotto, contenuti in confezioni secondarie di massimo **1.500 pezzi**. Devono essere indicati i termini di conservazione e validità degli elettrodi dal momento dell'apertura della confezione primaria (busta).*

Viene modificata come segue:

*Gli elettrodi devono essere confezionati in buste (confezione primaria) di massimo 100 elettrodi, adatte all'isolamento termico e preservare l'integrità del prodotto, contenuti in confezioni secondarie di massimo **2.000 pezzi**. Devono essere indicati i termini di conservazione e validità degli elettrodi dal momento dell'apertura della confezione primaria (busta).*

Trattandosi di avviso rettifica che modifica la lex specialis di gara il termine per la presentazione dell'offerta viene differito alle ore 12:00 del 16/11/2022.