

## Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Fornitura di n. 1 tac simulatore per radioterapia

Protocollo gara: 9348054233

Ente: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1

Data creazione report: 14/09/2022 16:42

### **Chiarimento n. 1 : Refuso diciture Allegati amministrativi + rich. formato editabile**

da **Fornitore** alle **23/08/2022 15:07**

In riferimento alla documentazione amministrativa richiesta all'Art. 14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, chiediamo cortesemente conferma che le diciture "Allegato A", "Allegato B", "Allegato C", etc. indicate accanto ad ogni documento, punti da 1 a 11, siano da considerarsi un refuso in quanto non corrispondono alle denominazioni degli allegati presenti nella documentazione di gara del Vs portale. Inoltre siamo a richiederVi cortesemente il formato editabile dell'allegato 13 - Istanza sopralluogo e planimetrie.

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti

### **Risposta n. 1 :**

**Re:Refuso diciture Allegati amministrativi + rich. formato editabile**

da **Ente** alle **25/08/2022 17:01** , allegato(1): 20220825170124618\_MODELLO PRENOTAZIONE SOPRALLUOGO.docx

In riferimento alla documentazione amministrativa richiesta all'Art. 14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, si precisa che le diciture "Allegato A", "Allegato B", "Allegato C", etc. indicate accanto ad ogni documento, punti da 1 a 11, non sono refusi.

Le denominazioni degli allegati presenti nella documentazione di gara del portale, infatti, non devono corrispondere a quelle della documentazione amministrativa richiesta all'art. 14, in quanto si riferiscono a due diversi "elenchi" di documenti.

La numerazione degli allegati presenti nella documentazione di gara del portale identificano la documentazione di cui si compone il fascicolo di gara, che questa stazione appaltante mette a disposizione di tutti gli operatori economici interessati (che vengono individuati con una numerazione progressiva, da "All. 1" ad "All. 14").

La documentazione amministrativa di cui all'art. 14 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, invece, si riferisce ai documenti che le ditte partecipanti devono inserire all'interno della Piattaforma alla sezione "*Doc. gara*" -"*Amministrativa*" e, pertanto, costituisce un altro elenco di documenti aventi la propria numerazione (da "Allegato A" ad "Allegato K").

Come richiesto, si allega alla presente il formato editabile dell'istanza di sopralluogo; per quanto attiene alle planimetrie, non avendo la possibilità di convertire il formato, dovrete fare riferimento all'All. 13 del fascicolo di gara.

#### **Chiarimento n. 5 : RICHIESTA PROROGA**

da **Fornitore** alle **01/09/2022 15:11**

Gent.le Rup,

In considerazione *della recentissima riapertura dei nostri uffici amministrativi a seguito delle chiusure aziendali, delle assenze di parte del personale a causa del covid, nonché delle innumerevoli procedure di affidamento pubblicate in ottemperanza all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, tutte condizioni che stanno mettendo a dura prova la nostra operatività aziendale, al fine di predisporre la migliore offerta atta a soddisfare *se non superare* le aspettative della Vostra Stazione Appaltante, a garanzia del massimo confronto concorrenziale, si chiede di voler concedere una proroga di almeno 20 giorni.

Confidando nella Vostra collaborazione, Vi ringraziamo e progiamo cordiali saluti.

#### **Risposta n. 5 :**

**Re:RICHIESTA PROROGA**

da **Ente** alle **02/09/2022 13:49**

La proroga del termine di scadenza non può essere concessa, atteso che la fornitura di cui trattasi è destinata alla sostituzione di analoga strumentazione obsoleta, dichiarata fuori supporto tecnico e che, in caso di guasto, potrebbe determinare un'interruzione del servizio.

Si rileva altresì, che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE in data 10/08/2022, la documentazione è stata inserita in Piattaforma il giorno seguente e che, peraltro, per la formulazione dell'offerta sono stati concessi 40 giorni, atteso che il termine di scadenza è stabilito per il giorno 20/09/2022 e, pertanto, il periodo di tempo concesso ai concorrenti è ampiamente superiore ai termini minimi di legge.

#### **Chiarimento n. 6 : Richiesta chiarimenti**

da **Fornitore** alle **02/09/2022 12:20**

Ns.  
rif. prot. 22-1205 bis-ITO-me

L'art. 8 del Disciplinare di gara limita il subappalto alle sole attività di smontaggio dell'apparecchiatura esistente e all'installazione della nuova. Tuttavia, il capitolato speciale prevede la fornitura di apparecchiature

accessorie (quali laser e UPS) per le quali sarà necessario provvedere all'installazione, formazione e manutenzione. Altresì, l'installazione dell'apparecchiatura potrebbe richiedere l'esecuzione di opere di adeguamento locali, cosa che potrà essere verificata solo a seguito di sopralluogo. Sottrarre al subappalto queste attività, parti integranti dell'appalto stesso, significa obbligare le aziende che non hanno tali prodotti nel loro portafoglio e che non possono eseguire lavori in proprio a costituire un RTI, sacrificando le specifiche esigenze commerciali-organizzative dell'operatore economico ad un divieto di subappalto non specificatamente motivato. Si chiede, pertanto, di voler ammettere il subappalto anche le attività citate.

## Risposta n. 6 :

### Re:Richiesta chiarimenti

da Ente alle 05/09/2022 12:30

Al fine di fornire una risposta puntuale, si chiede di specificare tutte le componenti accessorie e le attività per le quali si richiede la possibilità di ricorrere all'istituto del subappalto.

## Chiarimento n. 7 : CHIARIMENTO n. 3 - quesito e risposta

da Ente alle 02/09/2022 13:43

### RICHIESTA CHIARIMENTO n. 3

Oggetto:

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI n. 1 TAC SIMULATORE DA DESTINARE ALLA RADIOTERAPIA DELL'OSPEDALE DI CITTA' DI CASTELLO. CIG 9348054233

Con riferimento alla procedura in oggetto, si sottopongono i seguenti chiarimenti

- In riferimento ai tempi di consegna indicati in 30 giorni solari e consecutivi dalla data di emissione dell'ordine all'art. 3.1 del Disciplinare, è un dato evidente che la situazione a livello mondiale comporta oggi per le aziende produttrici notevoli difficoltà di approvvigionamento sui mercati delle materie prime e dei componenti, con particolare riferimento ai chip digitali ed ai microprocessori largamente utilizzate nelle apparecchiature oggetto di questa procedura. E' anche oggettivo che analoghe difficoltà vengono da mesi riscontrate nella scarsa disponibilità dell'offerta nei trasporti delle merci a mezzo container sulle rotte dei paesi di produzione verso l'occidente e l'Europa in particolare. Si chiede, quindi, che il termini di consegna dei beni fissato a 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ordine possa essere rivisto ed esteso a non meno di 180 giorni in modo da tenere in opportuna considerazione le oggettive difficoltà del momento economico sopra descritte, così da allargare il numero dei fornitori che possono presentare offerta, nell'interesse della stazione appaltante, ed in modo da garantire un'effettiva condizione di parità tra i partecipanti a questa procedura;

- L'art. 12.1 del Disciplinare prevede che tutta la documentazione debba essere in italiano. Si chiede di confermare che per le dichiarazioni di conformità, le check list emesse in lingua inglese dal produttore, i DICOM e le pubblicazioni scientifiche, non sia necessaria alcuna traduzione, anche in virtù del recente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato sezione V, Sent., ud. 28/01/2021 15/02/2021, n. 1313);

- Con riferimento al pagamento dell'imposta di bollo richiesta all'art. 14.1. del Disciplinare, si chiede di confermare che l'obbligo possa essere assolto in maniera virtuale in considerazione dell'esplicita autorizzazione ricevuta dall'Agenzia delle Entrate.
- Con riferimento all'art. 13 del Capitolato speciale, laddove viene richiesta la polizza assicurativa, si chiede di confermare che, a comprova dell'esistente copertura assicurativa rinnovata annualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia e al massimale di polizza, sia sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre, di cui facciamo parte.
- Con riferimento all'art. 5 del Capitolato speciale chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia full-risk, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato. Chiediamo di confermare che altri aggiornamenti non potranno essere richiesti dopo la consegna, ovvero eventuali diversi aggiornamenti integrativi, che dovessero rispondere a Vostri futuri Page 2 of 2 fabbisogni ex art. 106 del D.lgs. 50/16, saranno oggetto di speculari negoziazioni, ai fini del necessario mantenimento della remuneratività dell'offerta.

#### **RISPOSTA CHIARIMENTO n. 3**

- Con riferimento al termine di consegna del macchinario, fissato in 30 giorni solari e consecutivi dall'emissione dell'ordine, considerate le oggettive criticità sopravvenute a seguito dell'emergenza covid e del conflitto in atto in Ucraina, riconosciute anche da ANAC con delibera n. 22 dell'11 maggio 2022, che hanno determinato per le aziende produttrici notevoli difficoltà di approvvigionamento sui mercati delle materie prime e dei componenti, compresi quelli utilizzati nelle apparecchiature oggetto della presente procedura, questa stazione appaltante individua il seguente nuovo termine di consegna, nel rispetto del principio del *favor participationis*:

120 giorni solari e consecutivi dalla data di emissione dell'ordine.

Si precisa che la richiesta di giorni 180 non può essere soddisfatta, atteso che la fornitura di cui trattasi ha carattere di estrema urgenza, in quanto è destinata alla sostituzione di analoga strumentazione già dichiarata fuori supporto tecnico.

- Si conferma che per le dichiarazioni di conformità, le check list emesse in lingua inglese dal produttore, i DICOM e le pubblicazioni scientifiche non è necessaria alcuna traduzione.

- Con riferimento all'assolvimento dell'imposta di bollo richiesta all'art. 14.1. del Disciplinare, si conferma che l'obbligo può

essere assolto anche in maniera virtuale.

Si  
precisa che all'interno del disciplinare al punto 14.1 (pagina 21)  
sono indicate tutte le modalità consentite per il predetto  
pagamento, nonché la documentazione da allegare a comprova.

- Con riferimento al punto 13 del Capitolato speciale, laddove viene richiesta la polizza assicurativa, si conferma che, a comprova dell'esistente copertura assicurativa rinnovata annualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia e al massimale di polizza, è sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della vostra Casa Madre, purché sia conforme ai requisiti richiesti da questa stazione appaltante.

- Con riguardo all'art. 5 del Capitolato speciale, si precisa che per "aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia full-risk, senza aggravio di spesa", sono da intendersi quelli relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato, restando esclusi, pertanto, altri e diversi aggiornamenti integrativi.

### **Chiarimento n. 9 : File DWG**

da **Fornitore** alle **02/09/2022 15:25**

Buongiorno Spett.le Amm.ne,

con la presente siamo a chiedere i file DWG (AutoCAD) di tutte le tavole progettuali allegata nella documentazione di gara essendo presenti solo in formato pdf e non editabili.

Cordiali Saluti

### **Risposta n. 9 :**

#### **Re:File DWG**

da **Ente** alle **05/09/2022 12:56** , **allegato(1):** 20220905125638421\_planimetria oncologia X GARA 2022.dwg

Si allega alla presente file DWG contenente le tavole progettuali della radioterapia dell'Ospedale di Città di Castello e del relativo dettaglio della porzione in cui andrà posizionata la tac simulatore.

Si precisa che il sopralluogo è obbligatorio anche al fine di verificare (direttamente in loco) l'esattezza degli elaborati messi a disposizione da questa Azienda sanitaria.

### **Chiarimento n. 10 : Quesito tecnico**

da **Fornitore** alle **05/09/2022 10:29**

*In relazione*

*alla richiesta minima riportata alla riga 40 del Questionario tecnico TAC 2022:*

*Tempo minimo di  
scansione su 360° ? 0,4 secondi*

*Individuando*

*tale richiesta una sola delle aziende produttrici e con l'intento possiate  
verificare più offerte di sistemi presenti sul mercato, la scrivente Vi  
chiede*

*possa essere modificato in:*

*Tempo minimo di  
scansione su 360° ? 0,5 secondi*

*Certi che tale*

*variazione non apporti alcuna sensibile variazione al processo di  
acquisizione*

*clinico operativo del sistema CT da Voi auspicato nell'ambito TAC di  
Simulazione.*

*Si ringrazia e si porgono cordiali saluti*

**Risposta n. 10 :**

**Re: Quesito tecnico**

da Ente alle 14/09/2022 14:17

Si rimanda alla risposta al chiarimento 12, che come indicato dall'operatore economico annulla e sostituisce il presente quesito.

**Chiarimento n. 12 : Quesito tecnico - ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE INVIATO**

da Fornitore alle 05/09/2022 16:16

In relazione alla richiesta minima riportata alla riga 40 del Questionario tecnico TAC 2022:

**Tempo minimo di scansione su 360° minore e uguale a 0,4 secondi**

Individuando tale richiesta una sola delle aziende produttrice e con l'intento possiate verificare più offerte di sistemi presenti sul mercato, la Scrivente Vi chiede possa essere modificato a:

**Tempo minimo di scansione su 360° minore e uguale a 0,5 secondi**

Certi che tale variazione non apporti alcuna sensibile variazione al processo di acquisizione clinico operativo del sistema CT da voi auspicato nell'ambito TAC di Simulazione.

Cogliamo l'occasione per ringraziare e porgere distinti saluti

### **Risposta n. 12 :**

**Re:Quesito tecnico - ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE INVIATO**

da Ente alle 14/09/2022 14:15

Si conferma la possibilità di offrire sistemi con tempo minimo di scansione su 360° minore e uguale a 0,5 secondi.

### **Chiarimento n. 13 : Richiesta proroga termini invio chiarimenti**

da Fornitore alle 07/09/2022 11:43

Il disciplinare di gara prevede lo stesso termine per l'effettuazione del sopralluogo e per l'invio dei chiarimenti (10 giorni dalla scadenza della gara cioè sabato 10/09). La nostra Azienda effettuerà il sopralluogo venerdì 09/09. Si chiede, pertanto, di voler posticipare di qualche giorno il solo termine per l'invio dei chiarimenti onde permettere di sottoporre al Vs. spettabile Ente anche eventuali dubbi o chiarimenti emersi in fase di sopralluogo. In attesa di un Vs. riscontro si porgono cordiali saluti

### **Risposta n. 13 :**

**Re:Richiesta proroga termini invio chiarimenti**

da Ente alle 08/09/2022 11:28

Con riferimento alla richiesta di proroga dei termini per la trasmissione delle richieste di chiarimenti, questa stazione appaltante individua la data del 12/09/2022, quale termine ultimo per l'invio dei quesiti da parte degli operatori economici.

### **Chiarimento n. 14 : RICHIESTA PROROGA**

da Fornitore alle 08/09/2022 12:40

In considerazione del sopralluogo che si terrà in data odierna a cura dei nostri Fornitori, al fine di poter valutare la convenienza economica, *nonché la congruità dell'offerta inerente la prestazione dei lavori*, al fine di poter predisporre un'offerta adeguata ed all'altezza delle esigenze della Vostra Stazione Appaltante, si chiede di volere concedere una proroga anche di solo una settimana. Confidando nella Vostra collaborazione e ringraziandoVi fin da adesso, porgiamo cordiali saluti.

### **Risposta n. 14 :**

**Re:RICHIESTA PROROGA**

da Ente alle 08/09/2022 15:40

La proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, per tutti i motivi già esposti con risposta al chiarimento pubblicata il giorno 02/9/2022, alla quale si rimanda, non può essere concessa. Si rileva, altresì, che tra lo svolgimento del sopralluogo e la trasmissione dell'offerta, tutti gli operatori economici hanno a disposizione un intervallo temporale superiore a 10 giorni e, pertanto, il periodo di tempo concesso è ampiamente sufficiente per permettere ai concorrenti di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per predisporre e presentare le offerte.

## **Chiarimento n. 15 : Chiarimenti**

da **Fornitore** alle **08/09/2022 16:01**

Spett.le  
Amministrazione,

1) Relativamente alle attività di smontaggio non conservativo, rimozione e smaltimento delle apparecchiature da ritirare, considerato che la scrivente è iscritta al Registro Nazionale dei Produttori AEE in qualità di produttore ed ha aderito ad un sistema collettivo consortile che garantisce il ritiro dei RAEE in osservanza degli obblighi stabiliti dalla normativa in materia (D. Lgs. 151/2005, D. Lgs 49/2014 – Attuazione delle direttive UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE), si chiede di confermare che le attività in parola, che saranno effettuate tramite il predetto sistema collettivo a cui la nostra Società ha aderito, non si configurino quali attività da affidare in subappalto.

2) Con riferimento all'art. 8 del disciplinare di gara "Il subappalto è ammesso solo per i lavori di smontaggio dell'apparecchiatura usata ed installazione della nuova, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice" e fermo restando che la fornitura della TAC non sarà oggetto di subappalto, con specifico riguardo ad eventuali prodotti accessori di fornitori terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo **gating respiratorio, software CT AutoQA Lite**, si chiede di confermare che tali componenti accessorie sia subappaltabili. Tanto si chiede in quanto la richiesta esclusivamente al concorrente di componenti accessorie precluderebbe la partecipazione della scrivente, la quale deve necessariamente approvvigionarsene presso fornitori terzi, non appartenendo al proprio portfolio.

) Con riferimento all'art. 7 del Capitolato Speciale di fornitura ed in particolar modo a "Superato positivamente il collaudo di cui all'art. 3, l'Azienda Sanitaria si riserva un periodo di prova di mesi uno, dalla data di effettuazione dello stesso, al fine di verificare la rispondenza delle apparecchiature offerte alle caratteristiche dichiarate" rilevato che nell'ambito della fase di collaudo viene effettuata la verifica di funzionamento dell'apparecchiatura e delle sue prestazioni dando così modo agli utilizzatori di valutare i sistemi forniti e riscontrare quanto dichiarato in offerta, in considerazione della tipologia di apparecchiatura oggetto di gara, si chiede di confermare che non sarà previsto un periodo di prova successivo all'esito positivo del collaudo.

) Con riferimento all'art. 3 del Capitolato Speciale di Fornitura ed in particolar modo a "Su richiesta, l'Azienda appaltante potrà chiedere alla ditta



aggiudicataria, in prestito d'uso per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle prove previste dalla Fisica Sanitaria al momento del collaudo, la fornitura di un fantoccio "Electron Density Phantom" per la caratterizzazione della curva di densità dei vari tessuti in funzione dei numeri CT (espressi in unità Hounsfield), per la corretta calibrazione del sistema di piani di trattamento radioterapici (TPS)" si chiede di eliminare e/o modificare tale previsione in quanto il fantoccio non rientra nella normale dotazione delle aziende fornitrici di TAC e sul mercato non sono presenti operatori disponibili al noleggio di tale accessorio ma solo alla vendita. Tanto si chiede per una più ampia partecipazione

Cordiali Saluti

## Risposta n. 15 :

**Re:Chiarimenti**

da Ente alle 14/09/2022 14:20

- 1)  
E' onere del concorrente individuare se, ai sensi della normativa richiamata, le attività di smontaggio non conservativo, rimozione e smaltimento delle apparecchiature da ritirare configurano o meno attività da affidare in subappalto.
  
- 2)  
Con riguardo all'art. 8 del disciplinare di gara, si rileva che l'eventuale approvvigionamento dei prodotti accessori da fornitori terzi, così come precisato nella delibera di indizione della presente procedura di gara (Delibera del DG n.853 del 27/07/2022) integrerebbe unicamente il contratto di subfornitura, che è istituito diverso e non riconducibile a quello dell'appalto.
  
- 3)  
Con riferimento alla previsione del periodo di prova, si conferma quanto già indicato all'art. 7 del Capitolato Speciale di fornitura, pertanto "superato positivamente il collaudo l'Azienda sanitaria si riserva un periodo di prova di mesi uno dalla data di effettuazione dello stesso".
  
- 4)  
Con riferimento all'art. 3 del Capitolato Speciale di Fornitura, si conferma la necessità di fornire il fantoccio "electron Density Phantom" in prestito d'uso o, in alternativa, compreso nella fornitura come miglioria in "ulteriori accessori compresi nell'offerta oltre alla condizioni di minima".

## **Chiarimento n. 16 : Chiarimenti**

da **Fornitore** alle 09/09/2022 15:14

Spett.le Amm.ne,

con la presente siamo a inviare le seguenti richieste di chiarimento:

1. *Si*

*chiede di precisare se sia possibile **non includere** nella configurazione offerta la “workstation di post elaborazione/simulazione” purchè la “Consolle di comando” sia in grado di svolgere anche tutte le funzioni previste nella workstation di post elaborazione*

2. *Con*

*riferimento alla richiesta di “aggiornamento del sw CT AutoQA Lite” il distributore di tale sw ci ha informato che il software AutoQA Lite dal 2020 è stato sostituito da AutoQA Plus, che non ha una soluzione Client-Server ma può essere installato su 3 PC; si chiede pertanto conferma che sia possibile rispondere a questa richiesta di capitolato con la fornitura de sw AutoQA Plus installabile su 3 PC.*

3. *“Con*

*riferimento all’art. 3 del Capitolato Speciale di Fornitura ed in particolar modo a “Su richiesta, l’Azienda appaltante potrà chiedere alla ditta aggiudicataria, in prestito d’uso per il tempo strettamente necessario all’effettuazione delle prove previste dalla Fisica Sanitaria al momento del collaudo, **la fornitura di un fantoccio “Electron Density Phantom”** per la caratterizzazione della curva di densità dei vari tessuti in funzione dei numeri CT (espressi in unità Hounsfield), per la corretta calibrazione del sistema di piani di trattamento radioterapici (TPS)” si chiede di eliminare tale previsione in quanto il fantoccio non rientra nella normale dotazione delle aziende fornitrici di TAC e sul mercato risulta estremamente difficile trovare operatori disponibili al noleggio di tale accessorio ma solo alla vendita.*

*In alternativa, nel caso in cui non sia possibile eliminare tale previsione, si chiede di precisare che sia possibile offrire il fantoccio come fornitura definitiva come miglioria rispetto al capitolato.*

*Tanto si chiede per una più ampia partecipazione.”*

Cordiali Saluti

## **Risposta n. 16 :**

**Re:Chiarimenti**

da **Ente** alle 14/09/2022 14:21

1)

Si conferma la configurazione di minima richiesta con consolle di comando e workstation di post elaborazione/simulazione separate, al fine di garantire il corretto flusso di lavoro nel reparto.

2)

Si conferma la possibilità di offrire il sw AutoQa installabile su 3 PC.

3)

Si conferma la necessità di fornire il fantoccio "electron Density Phantom" in prestito d'uso o in alternativa compreso nella fornitura come miglioria in "ulteriori accessori compresi nell'offerta oltre alla condizioni di minima" (come indicato nella risposta al chiarimento n. 15 – quesito n. 4).

### **Chiarimento n. 17 : GARA n. 1 TAC simulatore destinata alla radioterapia dell'Ospedale di Città di Castello**

da **Fornitore** alle 12/09/2022 10:44

NS. PROT22-1249-ITO-alf

Spettabile Azienda

“1)

Chiediamo di confermare che, come specificato nel Disciplinare e nel Capitolato Speciale di gara e come indicato durante il sopralluogo, “*la procedura di gara ha ad oggetto la fornitura di n. 1 TAC Simulatore*” ed eventuali opere di adeguamento edile, proteximetrico, strutturale ed impiantistico (elettrico e meccanico) dei locali in cui sarà installato il sistema, saranno a carico della Stazione Appaltante, compresa la loro progettazione sulla scorta delle informazioni che saranno fornite dalla Ditta Aggiudicataria.

In riferimento al “*corretto collegamento all'impianto elettrico*” citato all'art. 3 dell'All.6 del Capitolato Speciale:

Si chiede di specificare il limite di fornitura per l'impianto elettrico a servizio della nuova apparecchiatura CT, in particolare di confermare che la fornitura ed installazione del nuovo quadro elettrico apparecchiatura e/o eventuali interventi di adeguamento del quadro elettrico esistente in sala esami, secondo lo schema del nuovo quadro elettrico apparecchiatura CT fornito dal costruttore, saranno a carico della Stazione Appaltante mentre i cablaggi a valle (alimentazione e segnali verso gli armadi di sistema ed eventuali adeguamenti delle sicurezze esistenti (pulsanti di sgancio, lampade fuoriporta segnalazione pericolo radiazioni, ecc..) saranno a carico del fornitore.

Si chiede di confermare se eventuali interventi di adeguamento delle predisposizioni impiantistiche a servizio dei

laser saranno a carico della Stazione Appaltante.

Cordiali saluti

### Risposta n. 17 :

#### Re:GARA n. 1 TAC simulatore destinata alla radioterapia dell'Ospedale di Città di Castello

da Ente alle 14/09/2022 16:10

1) Si conferma che le eventuali opere di adeguamento edile, proteximetrico, strutturale ed impiantistico dei locali in cui sarà installato il sistema saranno a carico della Stazione Appaltante, compresa la loro progettazione sulla scorta delle informazioni che saranno fornite dalla Ditta aggiudicataria.

2) Si conferma che la fornitura e l'installazione del nuovo quadro elettrico apparecchiatura e/o eventuali interventi di adeguamento del quadro

elettrico esistente in sala esami, secondo lo schema del nuovo quadro

elettrico apparecchiatura CT fornito dal costruttore, saranno a carico

della Stazione Appaltante, mentre i cablaggi a valle (alimentazione e

segnali verso gli armadi di sistema ed eventuali adeguamenti delle sicurezze esistenti (pulsanti di sgancio, lampade fuoriporta

segnalazione pericolo radiazioni, ecc..) saranno a carico del fornitore.

3) Le predisposizioni impiantistiche saranno a carico della stazione

appaltante. L'installazione, il montaggio, il corretto collegamento

all'impianto elettrico, ecc..dei laser saranno a carico del fornitore.

### Chiarimento n. 18 : Quesito costi manodopera

da Fornitore alle 12/09/2022 11:40

In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a chiederVi quanto segue:

- Per l'ipotesi in cui l'attività di consegna e di posizionamento delle apparecchiature OPPURE DI RITIRO E SMALTIMENTO vengano affidate a terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art. 105, comma 3 lett. cbis), si chiede di confermare che NON sarà necessario indicare i costi della manodopera intrinsecamente inclusi nelle attività sopra citati e di competenza di terzi affidatari dei citati contratti continuativi di cooperazione.

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti

### Risposta n. 18 :

#### Re:Quesito costi manodopera

da Ente alle 14/09/2022 16:12

Ancorché le attività indicate non siano riconducibili all'istituto del subappalto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95 comma 10

D. Lgs. 50/2016 e indicato dal disciplinare di gara, vige in capo

alle ditte concorrenti l'obbligo dichiarativo di carattere

imperativo di indicare, a pena di esclusione, tutti i costi di

manodopera che dovranno essere sostenuti per garantire la fornitura

richiesta.

### Chiarimento n. 19 : RICHIESTA CHIARIMENTI

da Fornitore alle 12/09/2022 13:49

1. si chiede di confermare che oggetto del presente appalto è la sola fornitura ed installazione dell'apparecchiatura ed accessori (compreso smontaggio/smaltimento attuale sistema) e che pertanto eventuali opere di preinstallazione del sistema e di adeguamento dei locali non sono oggetto di gara. In caso contrario si chiede di dettagliare le attività da prevedere e di confermare che si tratta delle sole opere di preinstallazione del sistema (solo quadro elettrico per il nuovo sistema, canaline di interconnessione tra le componenti dell'apparecchiatura, sistemi di sicurezza e smaltimento calore dissipato), escluso qualsiasi altra lavorazione diversa da tali attività
2. Qualora venisse confermato che sono da prevedere anche le opere di preinstallazione del sistema, si chiede di specificare che tali attività potranno essere svolte in regime di subappalto.
3. Si chiede di confermare che in sala esame sono presenti 3 mm Pb alle pareti, visiva e porte, così come indicato dal vostro funzionario tecnico in sede di sopralluogo.
4. Condizionatori Sala Esame TAC: all'interno della Sala TAC sono presenti n. 2 condizionatori di tipo orizzontale a controsoffitto (cassette) per il raffreddamento del carico termico presente in ambiente; si chiede di specificare la potenzialità di raffreddamento di tali condizionatori;
5. Alimentazione elettrica QE TAC esistente: l'alimentazione elettrica dell'apparecchiatura TAC attualmente installata nella Sala Esame è derivata dal Quadro Elettrico presente all'interno della Sala TAC stessa; si chiede di specificare: sezione dei cavi elettrici che alimentano il Quadro Elettrico presente nella Sala TAC, e tipologia degli stessi (esempio: FG16M16, FG7M1, etc.); lunghezza (anche stimata) di questi cavi elettrici di alimentazione; potenzialità dell'interruttore posto a monte dei cavi elettrici (protezione partenza alimentazione), specificando anche se dotato o meno di differenziale; infine, si chiede di specificare anche l'ubicazione di tale interruttore (esempio non esaustivo: su Quadro Elettrico di piano/reparto, su Quadro Elettrico Generale di Bassa Tensione in cabina elettrica, etc.).
6. Condizionatore Sala Comandi: all'interno della Sala Comandi è presente n. 1 condizionatore autonomo a parete tipo split system; si chiede di specificare la potenzialità in raffreddamento di tale condizionatore;
7. Basamento Gantry TAC: si chiede di specificare se l'attuale Gantry TAC è stato ancorato sul pavimento mediante piastra metallica affogata nel massetto oppure se con tasselli chimici ad espansione (con presa direttamente sul sottofondo esistente);
8. Percorso cavi consolle/Gantry TAC: all'interno della Sala TAC non sono state rinvenute canalette ispezionabili a pavimento, per il collegamento cavi fra il Gantry TAC esistente e la consolle di comando; ciò premesso, si chiede di specificare se tali collegamenti sono stati realizzati mediante cavidotti/tubazioni non ispezionabili passanti nel massetto, oppure, se viaggiano sopra i controsoffitti (con discese a parete).
9. Interruttore "Generatore TAC" : sul Quadro Elettrico installato all'interno della Sala Esame è presente n. 1 interruttore a servizio del circuito denominato "GENERATORE TAC", ma purtroppo non è possibile leggere la portata;

pertanto, si chiede di specificare la portata di tale interruttore;

10. Microswitch su porte: sulla porta di ingresso alla Sala TAC lato Comandi non è stata riscontrata la presenza del microswitch che in caso di apertura accidentale della porta blocca l'emissione di raggi x; pertanto, si chiede di specificare se occorre prevedere o meno la fornitura del microswitch stesso, con collegamento al Gantry TAC.
11. Tra gli accessori richiesti dal Capitolato Speciale, si fa riferimento all'aggiornamento del sw QA Lite esistente a versione di tipo client/server. Il fornitore di questo prodotto ha comunicato che la nuova versione del sw non prevede un'installazione su piattaforma client/server, ma è disponibile esclusivamente la versione standalone. Si richiede pertanto di confermare che la richiesta risulta soddisfatta con l'offerta dell'aggiornamento del sw con installazione standalone.
12. Data la necessità di ricevere le risposti ai suddetti chiarimenti al fine di poter predisporre una dettagliata proposta economica più confacente alle vostre esigenze, si chiede cortesemente che il termine per la preparazione dell'offerta possa essere prorogato di almeno due settimane.

## Risposta n. 19 :

### Re:RICHIESTA CHIARIMENTI

da Ente alle 14/09/2022 16:15

1) Si conferma che oggetto della presente procedura è la sola fornitura ed installazione del macchinario e degli accessori (compreso smontaggio/smaltimento attuale sistema) e che, pertanto, la predisposizione dei luoghi non è oggetto di gara (come indicato indicato nella risposta al chiarimento n. 17 quesito n. 1).

Con riferimento ai quesiti nn. 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) si precisa che i chiarimenti richiesti hanno ad oggetto dati che non afferiscono all'attuale stato della procedura, quanto piuttosto alla successiva fase esecutiva della procedura, pertanto, non si ritiene utile chiarire tali elementi in questa sede. Tali informazioni verranno comunicate alla ditta aggiudicataria, atteso anche che le eventuali opere di adeguamento dei locali sono a carico della stazione appaltante.

10) Si conferma che le caratteristiche tecniche di minima che il macchinario deve necessariamente possedere sono quelle indicate all'art. 2 del Capitolato Speciale di fornitura, al quale si rimanda. Si precisa, altresì, che il microswitch è già presente nei punti in cui risulta necessario (nello specifico porta piombata sala tac).

11) Si conferma la possibilità di offrire il sw AutoQa Lite installabile su 3 PC (versione standalone).

12) La proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, per tutti i motivi già esposti con risposte ai chiarimenti pubblicate in data 02/09/2022 e 08/09/2022, alle quali si rimanda, non può essere concessa.

## Chiarimento n. 20 : RICHIESTA CHIARIMENTI

da Fornitore alle 12/09/2022 16:47

Buongiorno,

Si chiede di confermare che sono escluse dall'oggetto della procedura eventuali opere di adeguamento dei locali e/o degli impianti, ivi incluse le eventuali assistenze murarie per l'estrazione e la consegna delle apparecchiature.

Grazie.

Cordiali saluti.

## Risposta n. 20 :

**Re:RICHIESTA CHIARIMENTI**

da Ente alle 14/09/2022 16:19

Come indicato indicato nella risposta al chiarimento n. 17 quesito n. 1), al quale si rimanda, la predisposizione dei luoghi in cui installare il macchinario non è oggetto della presente procedura di gara.

## Chiarimento n. 21 : Richiesta chiarimenti

da Fornitore alle 12/09/2022 17:22

*In riferimento a quanto previsto all'Art. 5 del CSA circa l'orario del servizio (8:00 – 20:00, giorni prefestivi e festivi inclusi) si chiede di confermare che, non essendo la fornitura destinata ad un reparto di emergenza ed urgenza, la previsione possa considerarsi un refuso ovvero che non rappresenti motivo di esclusione la copertura dei soli giorni feriali*

*grazie. Cordiali saluti.*

## Risposta n. 21 :

**Re:Richiesta chiarimenti**

da Ente alle 14/09/2022 16:20

Con riferimento a quanto previsto all'art. 5 del Capitolato Speciale, si conferma la previsione ivi contenuta, alla quale si rimanda.