

Avviso di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs n. 50/2016 e delle linee guida Anac n. 14.

Visto l'art 66 del Dlgs 50/2016, il quale dispone “ Prima dell'avvio di una procedura d'appalto , le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. Per le finalità di cui al comma 1 , le amministrazioni giudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto , a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.”

Si rende noto che questa Azienda Sanitaria intende avviare una procedura di negoziazione ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b) del D.Lgs n.50/2016 smi, per l'affidamento della fornitura di:

- **Letto da parto LINET - AVE2;**

per un importo a base d'asta di € 19.000,00 oltre IVA.

Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche della fornitura in oggetto:

- caratteristiche tali da consentire assistenza adeguata al travaglio, alla fase espulsiva, alla fase di recupero e del post-partum;
- Lunghezza totale compresa tra 2000 e 2200 mm;
- Larghezza totale tra 900 e 1100 mm;
- Altezza minima non inferiore ai 600 mm per accesso sicuro e per consentire esercizi nei prodromi;
- Altezza massima fino a 1050mm comunque non superiore al 1100 mm (sufficiente ad esposizione perineale);
- Carico massimo superiore a 200 kg;
- **Parametri di inclinazione e posizione per consentire ed agevolare le posizioni libere durante i prodromi e il travaglio di parto;**
- Inclinazione sedile compresa circa tra 0° e +20° C e schienale tra -10° e +70°
- Trendelemburg elettrico da 0° a -10° gradi (almeno)
- Poggia piedi: verticale tra 0° e 140° (almeno) – orizzontale tra 0° e superiore a +50° (almeno); regolazione 0°/20° (almeno)
- Rotella direzionale per facile spostamento
- **Accessori e configurazione minima:**
 - Freno centrale e maniglia di spinta;
 - Sistema di sollevamento a colonna;
 - Trendelemburg elettrico e CPR manuale;
 - Supporto asta da flebo (entrambi i lati);
 - Coppia di maniglie;
 - Sponde con pannello controllo integrato e reclinabili;
 - Pannello fisso con comandi;
 - Batteria di backup;

- Rivestimento senza cuciture lavabile e supporto lombare;
- Sezione piedi scorrevole (sezione piedi deve rimanere inclusa nel letto). Scorrevole verso il basso per sostegno ai piedi, scorrevole verso l'alto per ottenere un letto in posizione orizzontale (con capacità di carico uguale al letto)
- Poggia gambe con cinghia (coppia). L'altezza dei reggi gambe deve essere regolabile
- Possibilità di barra di appoggio

Il presente avviso è finalizzato ad invitare gli operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore.

Nelle ipotesi in cui vengano acquisite manifestazioni di interesse ritenute percorribili, questa Azienda provvederà ad espletare una procedura di gara in concorrenza nelle forme previste dal D. Lgs n. 50/2016 s.m.i, in caso contrario questa Azienda procederà all'affidamento della fornitura in regime di esclusività, ai sensi dell'art.63 c.2 lett.b) del medesimo decreto, come sopra indicato.

Il presente avviso non è vincolante per questa Azienda, la quale si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno partecipato alla consultazione.

Eventuali proposte di soluzioni alternative praticabili (inclusa la documentazione tecnica a dimostrazione della percorribilità della proposta) dovranno essere inviate perentoriamente entro il 15.12.2021 alla seguente Pec: aslumbria1@postacert.umbria.it