

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI** ( da allegare alle gare di appalto)

**Ditta Committente** AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 – via Guerra 17 – 21 – Perugia

**Struttura** presso la quale si svolgono i lavori S.S. ANATOMIA PATOLOGICA

**Oggetto della gara di appalto** ( descrizione) PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATICI E REAGENTI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI AFFERENTI ALLA S.S.A. DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL’AZIENDA USL UMBRIA 1. COMPRESA LA MANUTENZIONE ON SITE

<b>Luogo</b> (descrivere ogni singolo ambiente)	<b>Attività committenza</b>	<b>Sostanze, attrezzature committenza</b>	<b>Rischio</b> (definire se interferente )	<b>Sostanze attrezzature appaltatore</b>	<b>Rischio</b> (definire se interferente)	<b>N. esposti</b>
Laboratori della U.O. Anatomia Patologica ( durante la manutenzione )	test specifici su materiale biologico	materiale biologico ( di provenienza uterina ), sostanze per la conservazione dei prelievi, detergenti e disinfettanti , reagenti e kit per la calibraura	SI	utensili meccanici, apparecchi di misurazione materiale di ricambio	SI	C <u>5</u> A <u>1</u>
Laboratori della U.O. Anatomia Patologica ( durante la fornitura)	attività diagnostica di laboratorio	Sostanze chimiche ed uso di energia elettrica )	SI	utensili meccanici, apparecchi per l'installazione e dello strumentario	SI	C <u>5</u> A <u>2</u>
			.-		.-	C A
			.-		.-	C A

Legenda : C = Committente  
A = Ditta Appaltatrice

**Valutazione dei soli rischi . ( Secondo modello a matrice )**

**Rischio chimico** interferente (descrizione): La presenza nei locali predisposti per lo stoccaggio dei kit analitici possono rappresentare un rischio se stoccati in modo difforme alle disposizioni aziendali.

D				
				P

Rischio Grave       Medio       Lieve       Assente

**Rischio biologico** interferente (descrizione): La presenza di materiale organico negli strumenti oggetto di manutenzione e posizionate nella macchina oggetto di intervento, possono rappresentare un rischio. Per il personale dei service sono a disposizione guanti monouso non sterili.

D				
				P

Rischio Grave       Medio       Lieve       Assente

**Rischio cancerogeno** interferente (descrizione): non rilevato nel DVR ( salvo presenza di materiale classificato nei Kit eventualmente offerti)

D				
				P

Rischio Grave       Medio       Lieve       Assente

**Rischio fisico** interferente (descrizione): rumore e vibrazioni determinato all'uso eventuale dello strumento e comunque inserito nel processo produttivo dal fornitore . Questo dovrà fornire libretto d'uso e manutenzione con le dichiarazioni di legge, comprese l'emissione di rumore e vibrazioni, in italiano

D			
			P

Rischio Grave       Medio       Lieve       Assente

**Rischio infortunistico** interferente (descrizione): . Scivolare su pavimenti bagnati, inciampare su cavi, oggetti erroneamente lasciati per terra; caduta della vetreria di laboratorio. Gli impianti elettrici del servizio sono a norma e provvisti delle dichiarazioni di conformità di legge.

D			
			P

Rischio Grave       Medio       Lieve       Assente

**Rischio organizzativo** interferente (descrizione): sovrapposizione fra attività routinaria di laboratorio, consegna e/o intervento di manutenzione

D			
			P

Rischio Grave       Medio       Lieve       Assente

## PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

Azione	Chi compete	Tempo di attuazione	Rischio Residuo ( A, L, M)
Predisporre una procedura standardizzata che regolamenti l'accesso in laboratorio del personale dell'assuntore in termini temporali e di utilizzo di spazi	Committente	2 mesi	Lieve
Procedura per la Dotazione di DPI ( Camice, guanti, ) per l'accesso all'interno del laboratorio o per la manutenzione delle macchine in service	Committente	2 mesi	Lieve
	--		--
	--		--
	--		--
	--		--
	--		--
	--		--
	--		--

~~XXXXXXXXXX~~

Il presente documento è stato redatto in data 5/10/2015 e costituisce parte integrante della gara di appalto in oggetto specificata unitamente all'all. 7 - duvri

Il RSPP Committente

\_\_\_\_\_

Il Datore di Lavoro Committente

\_\_\_\_\_



## ONERI PER LA SICUREZZA

**APPALTO Per PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  
IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATICI E REAGENTI PER L’ESECUZIONE DI  
ESAMI AFFERENTI ALLA S.S.A. DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL’AZIENDA USL  
UMBRIA 1.**

**DITTA                      Valore appalto €**

Rischio	Intervento	Costo unitario	Costo totale	% su appalto
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Biologico</b>	DPC DPI guanti, camice, Formazione <input type="checkbox"/> Altro Procedure al punto Azioni all.8			
<input type="checkbox"/> <b>Chimico</b>	DPC DPI Formazione <input type="checkbox"/> Altro			
<input type="checkbox"/> <b>Fisico</b>	DPC DPI Formazione <input type="checkbox"/> Altro			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Infortunistico</b>	DPC segnaletica DPI Formazione <input type="checkbox"/> Altro Procedure al punto Azioni all.8			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Organizzativo</b>	DPC DPI Formazione <input type="checkbox"/> Altro Procedure al punto Azioni all.8			

Categoria interventi	Costo complessivo	% su appalto complessivo	
DPC			
DPI	Forniti dal committente come da procedura		
FORMAZIONE			
Procedura	A cura e totale carico del Committente		

Oneri per la sicurezza totali € **0,00**